

V Olomouci 11. 3. 2020

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem
„Přímá digitalizace RTG pracoviště“**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10. 3. 2020

Dotazy:

Pasáž v zadávací dokumentaci:	Příloha č.6 ZD – Minimální technické podmínky a hodnocené parametry
Nejasnost se týká požadavku:	Přenosný detektor pro volné projekce

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje rozměry aktivní plochy detektoru min. 42,5 x 35 cm. Tento rozměr není zcela obvyklý. Mnozí z renomovaných výrobců detektorů uvádí pro detektor formátu 43 x 35 cm velikost aktivní plochy cca 42,5 x 34,5 cm.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku na detektor, jehož aktivní plocha má velikost 42,5 x 34,5 cm?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat rozměry aktivní plochy detektoru minimálně 42,5 x 34,5 cm.

**Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do
15. 4. 2020 do 10:00 hodin.**