

V Olomouci 31.8.2020

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem
„3T Magnetická rezonance“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28.8.2020

Dotaz:

1) V dokumentu „Příloha c.4 - Minimalní technické parametry a hodnocené parametry.xls“ k veřejné zakázce „Magnetická rezonance MR 3T“, zadavatele „Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc“ požadujete v sekci „Softwarová podpora moderních vyšetřovacích metod“: „Sekvence a software pro vyhodnocení parametru IVIM (intravoxel incoherent motion).“

Tento SW, jakkoliv jej řada uživatelů SIEMENS může použít pro účely výzkumu, je v současnosti ve stadiu prototypu, není certifikován pro klinické použití a není tedy možno jej nabídnout jako produkt.

Dotaz č.1: Může zadavatel vypustit tento požadavek, když se nejedná o produkt, který je možno v současnosti nabízet?

Odpověď:

Zadavatel dále na splnění tohoto požadavku netrvá. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná příloha č.4 – Minimální technické podmínky a hodnocené parametry (ver.310820).

2) V dokumentu „Příloha c.4 - Minimalní technické parametry a hodnocené parametry.xls“ k veřejné zakázce „Magnetická rezonance MR 3T“, zadavatele „Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc“ požadujete v sekci „Ostatní komponenty MR systému:“ položku „Vyhodnocení a kvantifikace proudění (flow package, 4D flow).“

V tuto chvíli nejsme schopni nabídnout klinicky certifikovaný SW pro 4D flow vyhodnocení. K dispozici je balíček „syngo.MR Cardiac Flow“ pro hodnocení a kvantifikaci proudění krve především v srdci a velkých cévách.

Dotaz č.2: Bude zadavatel akceptovat splnění požadavku SW balíčkem „syngo.MR Cardiac Flow“?

Odpověď:



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

ANO, zadavatel bude akceptovat splnění požadavku SW balíčkem „syngo.MR Cardiac Flow“. Zadavatel dále netrvá na 4D flow u požadavku „**Vyhodnocení a kvantifikace proudění (flow package, 4D flow)**“. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná příloha č.4 – Minimální technické podmínky a hodnocené parametry (ver.310820).

3) V dokumentu „Příloha c.4 - Minimalni technicke parametry a hodnocene parametry.xls“ k veřejné zakázce „Magnetická rezonance MR 3T“, zadavatele „Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc“ požadujete v sekci „Další požadavky:“: “MR kompatibilní odstranitelnou rovnou desku na stůl s potřebným příslušenstvím k instalaci pro použití v magnetické rezonanci, která umožní fúzi MR obrazů s plánovacím CT..”

Zobrazování na RT desce má některá specifika. V oblasti hlavy se nepoužívá standardní hlavová/hlavokrční cívka, ale zpravidla držák a flexibilní cívky.

Dotaz č.3: Může zadavatel potvrdit, že pojmem “potřebné příslušenství” má na mysli tento držák a cívkové vybavení pro toto vyšetření?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že pojmem “potřebné příslušenství” má na mysli držáky a cívkové vybavení umožňující standardní vyšetření všech částí těla pacienta uloženého na rovné desce.

Zadavatel současně tímto vysvětlením zadávací dokumentace upravuje dobu plnění.

Původní znění:

Dodávka a instalace předmětu plnění do 3 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Nové znění:

Dodávka a instalace předmětu plnění do 3 měsíců od písemné výzvy zadavatele.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná příloha č.2 – Návrh kupní smlouvy (ver.310820).

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5.10.2020 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č.2 - Návrh kupní smlouvy (ver.310820).docx

Příloha č.4 – Minimální technické podmínky a hodnocené parametry (ver. 310820)