

**Detail zprávy Žádost o objasnění a doplnění nabídky****Zpráva**

Odesílatel Pavel Dočkal (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)

Předmět Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den,

v souladu s §46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na Vás obracím s žádostí o objasnění a doplnění nabídky k veřejné zakázce s názvem "3T Magnetická rezonance".

Žádáme o objasnění níže uvedených nejasností ve Vaší nabídce:

1. Rozpor mezi řádkem 19 a řádkem 86 v tabulce splnění minimálních technických podmínek, kdy jednou uvádíte hodnotu maximální amplitudy Gmax 60 MT/m a podruhé 55 MT/m. Žádáme o objasnění tohoto rozporu a zaslání tabulky splnění minimálních technických podmínek se správnými údaji.

2. Žádáme o specifikaci vlastností programovací platformy měřících sekvencí.

3. Žádáme o potvrzení, která varianta je součástí Vaší nabídky, u požadavku "Software pro vyhodnocení obrazů v portálové aplikaci (lze doplnit do stávajících portálů, jsou-li v poslední verzi, nebo na poslední verzi upgradovat)."

4. Žádáme o technickou dokumentaci k prokázání splnění požadavku "Zdroj nepřetržitého napájení pro řídicí počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut." - potvrzující dobu zálohy minimálně 10 minut.

5. Žádáme o specifikaci školení "Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou pro laboranty a lékaře v minimálně 7 dnech."

6. Žádáme o doložení certifikátů servisního technika a školitele k nabízeným položkám předmětu plnění, které jsou zdravotnickými prostředky:

- \* injektor kontrastní látky MRXperion
- \* MR kompatibilní lůžko a křeslo
- \* terminál medicínálních plynů

7. V souvislosti s žádostí v bodu 6, žádáme o objasnění nabídky a případně doplnění nabídky, jak je splněn požadavek na prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tedy dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, že je dodavatel veden v registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem plnění veřejné zakázky, s uvedením registračního čísla SÚKL. Žádáme o objasnění jak je splněn tento požadavek pro zdravotnické prostředky uvedené v bodu 6 této žádosti o objasnění a doplnění nabídky. V této souvislosti si dovoluujeme upozornit, že pokud je část kvalifikace prokazována jinou osobou, tak je dodavatel povinen doložit:

- \* doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 odst.1 jinou osobou
- \* doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
- \* doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 jinou osobou
- \* písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele,

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena nejpozději do 15.10.2020.

S pozdravem

Ing. Pavel Dočkal  
vedoucí oddělení  
Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc®, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc  
Tel.: 588 443 138  
E-mail: Pavel.Dockal@fnol.cz  
Web: www.fnol.cz

## Doplňující údaje

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Odesláno      | 12.10.2020 09:34:27                        |
| Typ zprávy    | Obecná k zakázce                           |
| Číslo jednací |                                            |
| ID zprávy     | 1325414                                    |
| Zakázka       | <u>VZ0097947 - 3T Magnetická rezonance</u> |

## Příjemci zprávy

| Jméno a<br>příjmení | Úřední název<br>organizace    | Přečteno<br>▼ | Datum a čas<br>doručení | Doručeno v okamžiku<br>odeslání |
|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|
|                     | Siemens Healthcare,<br>s.r.o. |               | 12.10.2020 09:34:27     | Ano                             |

1 záznam