

Detail zprávy Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky**Zpráva**

Odesílatel Jana Rozhoňová (D0011482 - Siemens Healthcare, s.r.o.)

Předmět Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den,
vzhledem k pandemické situaci v ČR žádáme o prodloužení termínu objasnění a doplnění nabídky do 20.10.

Děkujeme a s pozdravem

Jana Rozhoňová

Siemens Healthcare, s.r.o.

SHS EMEA CEET CZE S&PSM-DI&AT&US

Budějovická 779/3b

140 00 Praha, Česká republika

tel: +420 607 015 668

mailto:jana.rozhonova@siemens-healthineers.com

Dne 12.10.2020 09:34:27 odesílatel Pavel Dočkal (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,

v souladu s §46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na Vás obracím s žádostí o objasnění a doplnění nabídky k veřejné zakázce s názvem "3T Magnetická rezonance".

Žádáme o objasnění níže uvedených nejasností ve Vaší nabídce:

1. Rozpor mezi řádkem 19 a řádkem 86 v tabulce splnění minimálních technických podmínek, kdy jednou uvádíte hodnotu maximální amplitudy Gmax 60 MT/m a podruhé 55 MT/m. Žádáme o objasnění tohoto rozporu a zaslání tabulky splnění minimálních technických podmínek se správnými údaji.

2. Žádáme o specifikaci vlastností programovací platformy měřících sekvencí.

3. Žádáme o potvrzení, která varianta je součástí Vaší nabídky, u požadavku "Software pro vyhodnocení obrazů v portálové aplikaci (lze doplnit do stávajících portálů, jsou-li v poslední verzi, nebo na poslední verzi upgradovat)."

4. Žádáme o technickou dokumentaci k prokázání splnění požadavku "Zdroj nepřetržitého napájení pro řídicí počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut." - potvrzující dobu zálohy minimálně 10 minut.

5. Žádáme o specifikaci školení "Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou pro laboranty a lékaře v minimálně 7 dnech."

6. Žádáme o doložení certifikátů servisního technika a školitele k nabízeným položkám předmětu plnění, které jsou zdravotnickými prostředky:

- * injektor kontrastní látky MRXperion
- * MR kompatibilní lůžko a křeslo
- * terminál medicínálních plynů

7. V souvislosti s žádostí v bodu 6, žádáme o objasnění nabídky a případně doplnění nabídky, jak je splněn požadavek na prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tedy dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, že je dodavatel veden v registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem plnění veřejné zakázky, s uvedením registračního čísla SÚKL. Žádáme o objasnění jak je splněn tento požadavek pro zdravotnické prostředky uvedené v bodu 6 této žádosti o objasnění a doplnění nabídky. V této souvislosti si dovoluujeme upozornit, že pokud je část kvalifikace prokazována jinou osobou, tak je dodavatel povinen doložit:

- * doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 odst.1 jinou osobou
- * doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
- * doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 jinou osobou
- * písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele,

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena nejpozději do 15.10.2020.

S pozdravem

Ing. Pavel Dočkal

vedoucí oddělení

Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc®, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.: 588 443 138

E-mail: Pavel.Dockal@fnol.cz

Web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno 12.10.2020 11:27:30

Typ zprávy Odpověď

Číslo jednací

ID zprávy 1325906

Zakázka VZ0097947 - 3T Magnetická rezonance