



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„3T Magnetická rezonance“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Členové:

1. prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
2. Ing. Vladimír Olejníček
3. Ing. Radim Zemánek
4. Ing. Miroslav Rosulek
5. Ing. Lenka Jonášová
6. Ing. Jarmila Neudörflerová
7. Mgr. Zuzana Tomčíková
8. Ing. Pavel Dočkal

Do této veřejné zakázky byla podána pouze jedna (1) nabídka, a to od společnosti **Siemens Healthcare, s.r.o.** Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Následně hodnotící komise přistoupila k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele:

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – ze dne 25.9.2020

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – ze dne 17.8.2020

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – ze dne 17.8.2020

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ:**

Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, že je dodavatel veden v registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem plnění veřejné zakázky, s uvedením registračního čísla SÚKL.

- *Čestné prohlášení dodavatele Siemens Healthcare, s.r.o. že je veden v registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem plnění veřejné zakázky, registrační číslo 000764*

Hodnotící komise dne 12.10.2020 a následně dne 13.10.2020 požádala o objasnění a doplnění nabídky, prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ k níže uvedeným nabídnutým přístrojům:

- Injektor kontrastní látky MRXperion
- MR kompatibilní lůžko a křeslo
- Terminál medicínálních plynů



- Zařízení a komponenty od výrobce Nordic Neurolab

Dodavatel **Siemens Healthcare, s.r.o.** dne 23.10.2020 po předchozím schváleném prodloužení lhůty pro podání objasnění a doplnění nabídky zaslal níže uvedené dokumenty a doklady:

- *Čestné prohlášení ze dne 22.10.2020, kde uvedl, že:*
 - *zařízení a komponenty od výrobce Nordic Neurolab jsou zdravotnické přístroje tř. I, u kterých výrobce nestanovil povinnost instruktáže ani provádění bezpečnostně technických kontrol. V případě poruchy těchto výrobků provádíme jejich výměnu.*
 - *MR kompatibilní lůžko a křeslo jsou zdravotnickými prostředky tř. I, u kterých výrobce nestanovil povinnost instruktáže ani provádění bezpečnostně technických kontrol. V případě poruchy těchto výrobků provádíme jejich výměnu.*
 - *Injektor kontrastní látky MRXperion je zdravotnický prostředek tř. IIb., ke kterému doložil výpis z registru SUKL pro společnost **EDOMED a.s.** s registračním číslem 004220, dále doložil certifikát servisního technika a školitele k nabídnutému zdravotnickému prostředku.*
 - *Terminál medicínálních plynů je zdravotnický prostředek tř. IIb., ke kterému doložil odkaz na výpis z registru SUKL pro společnost **Dräger Medical s.r.o.** s registračním číslem 004407, dále doložil certifikát servisního technika a školitele k nabídnutému zdravotnickému prostředku.*

Jelikož je část profesní kvalifikace prokazována prostřednictvím poddodavatelů, společností **EDOMED a.s.** a **Dräger Medical s.r.o.**, tak dodavatel **Siemens Healthcare, s.r.o.** dne 23.10.2020 doložil i níže uvedené dokumenty k prokázání splnění kvalifikačních požadavků:

❖ **EDOMED a.s.**

- **Základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ**
 - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – ze dne 6.8.2020
- **Profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ**
 - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – ze dne 6.8.2020
- **Profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ**
 - Výpis z registru SUKL – registrační číslo 004220
- **Písemný závazek dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ**
 - Písemný závazek společnosti EDOMED a.s. k poskytnutí Injektoru MRXperion včetně servisního zabezpečení ze dne 13.10.2020

❖ **Dräger Medical s.r.o.**

- **Základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ**
 - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – ze dne 22.9.2020
- **Profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ**
 - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – ze dne 22.9.2020
- **Profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ**
 - Odkaz na registr SUKL – registrační číslo 004407
<https://erepublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Osoba/Detail/107261>
- **Písemný závazek dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ**
 - Písemný závazek společnosti Dräger Medical s.r.o. k poskytnutí terminálu medicínálních plynů ze dne 13.10.2020
 - Na základě žádosti o objasnění a doplnění nabídky ze dne 5.11.2020 dodavatel Siemens Healthcare, s.r.o. dne 6.11.2020 zaslal doplněný písemný závazek



společnosti Dräger Medical s.r.o., kde se zavazuje kromě poskytnutí terminálu
medicínálních plynů rovněž k servisnímu zabezpečení tohoto terminálu.

✓ **Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ:**

Zadavatel požadoval doložení realizace minimálně jedné (1) obdobné zakázky. Obdobnou zakázkou se rozumí dodávka a instalace 3T magnetické rezonance.

- Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů ze dne 25.9.2020
Čestné prohlášení v nabídce nebylo podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele, proto hodnotící komise dne 5.11.2020 požádala v rámci objasnění a doplnění nabídky o zaslání podepsaného čestného prohlášení. Dodavatel Siemens Healthcare, s.r.o. dne 6.11.2020 zaslal podepsané čestné prohlášení.

IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny

Obnova systému MR s magnetickým polem 3T – MAGNETOM Vida +24 měsíců záruka

28.2.2019 – 16.8.2019

41.141.000,- Kč bez DPH

Hodnotící komise konstatuje, že dodavatel **Siemens Healthcare, s.r.o.** po objasnění a doplnění nabídky splnil požadavky na prokázání základní a profesní způsobilosti a splnil podmínky technických kvalifikačních předpokladů.

Posouzení splnění ostatních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Hodnotící komise požádala dne 12.10.2020 dodavatele **Siemens Healthcare, s.r.o.** o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Žádáme o objasnění mezi řádkem 19 a řádkem 86 v tabulce splnění minimálních technických podmínek, kdy jednou uvádíte hodnotu maximální amplitudy G_{max} 60 MT/m a podruhé 55 MT/m. Žádáme o objasnění tohoto rozporu a zaslání tabulky splnění minimálních technických podmínek se správnými údaji.
2. Žádáme o specifikaci vlastností programovací platformy měřících sekvencí.
3. Žádáme o potvrzení, která varianta je součástí Vaší nabídky, u požadavku "Software pro vyhodnocení obrazů v portálové aplikaci (lze doplnit do stávajících portálů, jsou-li v poslední verzi, nebo na poslední verzi upgradovat)."
4. Žádáme o technickou dokumentaci k prokázání splnění požadavku "Zdroj nepřetržitého napájení pro řídicí počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut." - potvrzující dobu zálohy minimálně 10 minut.
5. Žádáme o specifikaci školení "Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou pro laboranty a lékaře v minimálně 7 dnech."

Dodavatel **Siemens Healthcare, s.r.o.** zaslal dne 23.10.2020 objasnění a doplnění nabídky, kdy k bodu:

1. Doložil opravenou přílohu č.4 – Minimální technické podmínky a hodnocené parametry, kde sjednotil hodnotu maximální amplitudy G_{max} na 60 MT/m.



2. Doložil opravenou přílohu č.4 – Minimální technické podmínky a hodnocené parametry, kde popsal specifikaci programovací platformy měřících frekvencí následovně: „IDEA (Integrated Development Environment for Applications) Rozsáhlé programovací prostředí k vytvoření a modifikaci pulzních sekvencí a rekonstrukčních algoritmů, poskytující maximální flexibilitu. Založeno na C++ pro Windows 10. Sekvence a RF pulzy jsou zobrazovány na vizuálním rozhraní. Vlastnosti • Umožňuje přímý přístup do prostředí kalkulace obrazu (ICE) a do pulzních sekvencí. • Rozsáhlé testování vyvinutého kódu je podporováno ladicím programem (debugger) a simulačním programem. • IDEA programovací prostředí je možno instalovat na standardní PC s operačním systémem Windows 10. Absolvování školení IDEA je nutné k aktivaci licence na MR zařízení.“
3. Doložil opravenou přílohu č.4 – Minimální technické podmínky a hodnocené parametry, kde u požadavku na software pro vyhodnocení obrazů doplnil: „HW a SW upgrade stávajícího portálu na nejnovější úroveň a posílení výpočetní kapacity pro bezproblémové použití nových aplikací a podporu dalších klientů.“
4. Doložil specifikaci zdroje nepřetržitého napájení pro řídicí počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut, a to k zařízení HP Z4 G4 Workstation.
5. Doložil opravenou přílohu č.4 – Minimální technické podmínky a hodnocené parametry, kde potvrdil, že školení bude dle potřeb zadavatele aplikačním specialistou, zaměstnancem SIEMENS Healthcare s.r.o.

Hodnotící komise objasnění a doplnění nabídky akceptuje a konstatuje, že dodavatel **Siemens Healthcare, s.r.o.** splnil veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a doporučuje vybrat dodavatele **Siemens Healthcare, s.r.o.** v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis se zdůvodněním rozdílného stanoviska.

Dále každý člen hodnotící komise prohlašuje, že není ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům zadávacího řízení ve střetu zájmů, nepodílel(a) se na zpracování nabídek, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mu nevznikne osobní výhoda nebo újma, nemá osobní zájem na zadání veřejné zakázky, s účastníky ho nespojuje osobní ani pracovní ani jiný obdobný poměr.

Vznikne-li u člena hodnotící komise v průběhu činnosti komise důvod ke střetu zájmů, je povinen(na) tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který ho v takovém případě vyloučí z další účasti v komisi.

Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

Níže uvedení členové komise potvrzují, že mají odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku.

Členové:

1. prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

..... dne 6. 11. 2020

2. Ing. Vladimír Olejníček

..... dne 6. 11. 2020




FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLMOUC


3. Ing. Radim Zemánek

 dne 09 - 11- 2020


4. Ing. Miroslav Rosulek

 dne 09 - 11- 2020

5. Ing. Lenka Jonášová

 dne 9.11.2020

6. Ing. Jarmila Neudörflerová


 dne 10 - 11- 2020

7. Mgr. Zuzana Tomčíková

 dne 10.11.2020

8. Ing. Pavel Dočkal

 dne 6.11.2020

Zpráva schválena dne	'12 - 11- 2020
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC® I.P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc

