

Detail zprávy Žádost o objasnění a doplnění nabídky**Zpráva**

Odesílatel Pavel Dočkal (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)

Předmět Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den,

v souladu s §46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na Vás obracím s žádostí o objasnění a doplnění nabídky do veřejné zakázky s názvem "Počítačová tomografie".

1. Žádáme o doložení podepsané smlouvy o budoucí spolupráci. V nabídce předložená smlouva, obsahuje podpisová pole k doplnění, ale není elektronicky podepsaná.
2. Žádáme o doplnění technické dokumentace k ověření splnění minimálních technických podmínek a hodnocených parametrů. Žádáme o doplnění tabulky minimálních technických podmínek a hodnocených parametrů, kde k jednotlivým parametrům přímo uvedete odkazy na název technické dokumentace a na jaké straně dokumentu se splnění daného parametru nachází.
3. Žádáme o doložení technických listů i pro injektory, monitor, kameru, diagnostickou stanici, které jsme v nabídce nedohledali.
4. Žádáme o objasnění nabídky. Portálový server - v nabídce jste uvedli AW Server XL a Volume Viewer, ale v technických listech se uvádí AW Server 3.2. a AW VolumeShare7. Žádáme o objasnění této nesrovnalosti.
5. Žádáme o doložení způsobu výpočtu jak u CT1, tak u CT3, tak jak zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci: "Vzorkovací frekvence v Hz (Hz = views/s, ne za rotaci), (účastník uvede také způsob výpočtu)".
6. Žádáme o doložení prostých kopií včetně prostého překladu do českého jazyka prohlášení o shodě jednotlivých přístrojů.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 11.2.2021 do 10 hodin prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Doplňující údaje

Odesláno	08.02.2021 12:01:14
Typ zprávy	Obecná k zakázce
Číslo jednací	
ID zprávy	1550759
Zakázka	<u>VZ0106488 - Počítačová tomografie</u>

Příjemci zprávy

Jméno a příjmení	Úřední název organizace	Přečteno ▼	Datum a čas doručení	Doručeno v okamžiku odeslání
	Stargen EU s.r.o.		08.02.2021 12:01:14	Ano

1 záznam