

Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6
779 00 Olomouc

V Praze dne 18.2.2021

Objasnění nabídky k VZ: „Počítačová tomografie“

Dobrý den,

při dodatečné kontrole a porovnání s technickou dokumentací jsme zjistili nepřesnost v naší nabídce.

U přístroje Revolution APEX, nabízeného jako položka CT1 Obnova, máme v parametrech přístroje chybně uvedený údaj o maximálním anodovém proudu. Maximální anodový proud celkově je 1300 mA. Tato hodnota je uvedená správně. Nedopatřením jsme tuto hodnotu uvedli i pro parametr Maximální anodový proud (celkově na všech použitých rentgenkách v systému) při nastaveném napětí 120kV. Při napětí 120kV je maximální povolená hodnota proudu 900 mA. Tato hodnota je dále závislá na délce expozice a na ohnisku – viz Technická referenční příručka, kapitola 8.5.11 Jednozátěžová charakteristika a 8.5.12 Vícezátěžová charakteristika.

Za tuto nesrovnalost se omlouváme.

S pozdravem,

Ing. Martin Kaloš
jednatel společnosti