

Detail zprávy 2.Žádost o objasnění a doplnění nabídky**Zpráva**

Odesílatel Pavel Dočkal (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)

Předmět 2.Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den,

v souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na Vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky.

1. Žádáme Vás o doložení způsobu výpočtu v rámci hodnoceného parametru "Maximální anodový proud (celkově na všech použitých rengenkách v systému) při nastaveném napětí 120kV (účastník uvede také způsob výpočtu)", a to jak u CT1, tak u CT3.

2. Žádáme Vás o objasnění nesrovnalosti v nabídce, kdy u požadavku "Adaptivní stínění pomocí dynamických kolimátorů (HW nástroj pro redukci dávky a restrikcí záření v okrajích, resp. mimo vyšetřovanou oblast)" uvádíte softwarové řešení Smart mA, ale požadavek byl na hardwarové řešení.

3. Žádáme Vás o objasnění splnění požadavku "Automatická volba/nastavení bowtie filtru přizpůsobeného typu vyšetření" pomocí softwarového řešením Smart mA.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 19.2.2021 do 10 hodin prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

S pozdravem

Ing. Pavel Dočkal

vedoucí oddělení

Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc®, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.: 588 443 138

E-mail: Pavel.Dockal@fnol.cz

Web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno 16.02.2021 14:10:20

Typ zprávy Obecná k zakázce

Číslo jednací

ID zprávy 1568361

Zakázka VZ0106488 - Počítačová tomografie

Příjemci zprávy

Jméno a příjmení	Úřední název organizace	Přečteno ▼	Datum a čas doručení	Doručeno v okamžiku odeslání
	Stargen EU s.r.o.		16.02.2021 14:10:20	Ano

1 záznam