



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

DATUM:

23-02-2021

Veřejná zakázka:
„Počítačová tomografie“

Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel na základě posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele v otevřeném řízení níže uvedenému dodavateli

Stargen EU s.r.o.

Identifikace vítězného dodavatele

Název: **Stargen EU s.r.o.**
Sídlo: **Mlešická 2251/51, 130 00 Praha 3**
Právní forma: **společnost s ručením omezeným**
IČ: **28487150**
DIČ: **CZ28487150**

Zpráva o hodnocení nabídek v příloze

Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení vybraným dodavatelem je podmínkou uzavření smlouvy

- ✓ Kvalifikační doklady jiné osoby, společnosti GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.:
 - Výpis z registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů – registrační číslo 000246

Vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně ověřené kopie požadovaných dokladů, pokud nebyly předloženy již v nabídce. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Doklady k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti lze prokázat předložením originálu nebo úředně ověřené kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Veškeré doklady musí být předloženy v elektronické podobě, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Požadované doklady zašlete na email zakazky@fnol.cz nebo prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Dále v souladu se zadávací dokumentací žádáme před podpisem smlouvy o doložení prohlášení o shodě v prostých kopiích včetně překladu do českého jazyka k níže uvedeným zdravotnickým prostředkům:

- monitor Barco Eonis 24" (MDRC-2324)
- monitor Barco Eonis 22" (MDRC-2222)


FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Poučení o lhůtě pro podání námitek dle § 242 odst. 2:

Námítky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Poučení o zákazu uzavření smlouvy § 246 odst. 1:

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele.


Příloha: Písemná zpráva o hodnocení

I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 111

fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 36334811/0710

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892


Ing. Pavel Dočkal
63358



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„Počítačová tomografie“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 ZZVZ

Členové hodnotící komise:

1. prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
2. Ing. Vladimír Olejníček
3. Ing. Radim Zemánek
4. Ing. Miroslav Rosulek
5. Ing. Lenka Jonášová
6. Ing. Pavlína Křivková
7. Mgr. Zuzana Tomčíková
8. Ing. Pavel Dočkal

Do této veřejné zakázky byly podány dvě (2) nabídky, a to od společností **AURA Medical s.r.o.** a **Stargen EU s.r.o.**

Hodnotící komise posoudila nabídky dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízké nabídkové ceny.

Hodnotící komise nejprve sestavila pořadí nabídek dle údajů uvedených v nabídkách jednotlivých účastníků zadávacího řízení dle hodnotících kritérií stanovených v zadávací dokumentaci:

- | | | |
|----|-------------------------------------|------|
| 1. | Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 70 % |
| 2. | Hodnocené technické parametry | 30 % |

Účastník zadávacího řízení	Nabídková cena v Kč bez DPH	Váha 70%	Hodnocené technické parametry	Váha 30%	Celkem získaných bodů	Pořadí
AURA Medical s.r.o.	114 340 000,00 Kč	67,36	90	22,13	89,49	2.
Stargen EU s.r.o.	110 023 000,00 Kč	70,00	122	30,00	100,00	1.

Na základě výše uvedené tabulky s údaji z nabídek jednotlivých dodavatelů vyplývá, že nejnížší nabídkovou cenu v Kč bez DPH poskytl dodavatel **Stargen EU s.r.o.**, který současně získal i vyšší počet bodů v rámci druhého hodnotícího kritéria (Hodnocené technické parametry) než dodavatel **AURA Medical s.r.o.** Hodnotící komise tedy přistoupila k posouzení nabídky společnosti **Stargen EU s.r.o.** Při splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci by neměla nabídka dodavatele **AURA Medical s.r.o.** vliv na celkový počet získaných bodů společnosti **Stargen EU s.r.o.** dle hodnotících kritérií stanovených v zadávací dokumentaci.

Hodnotící komise tedy přistoupila ke kontrole splnění požadavků stanovených v zadávací dokumentaci a k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů společnosti **Stargen EU s.r.o.**



✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – ze dne 29.1.2021

Seznam kvalifikovaných dodavatelů – kopie ze dne 10.1.2021, současně doloženo odkazem, el. originál stažen dne 3.2.2021

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Seznam kvalifikovaných dodavatelů – kopie ze dne 10.1.2021, současně doloženo odkazem, el. originál stažen dne 3.2.2021

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:**

Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení nebo doložením výpisu z registru SÚKL, že je dodavatel veden v registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů (**nabídnutých CT přístrojů**), jež jsou předmětem plnění veřejné zakázky, s uvedením registračního čísla SÚKL.

Výpis z registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů – registrační číslo 000246 – ze dne 8.10.2020 (GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.)

Splnění profesní způsobilosti dle §77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokazuje dodavatel **Stargen EU s.r.o.** prostřednictvím jiné osoby, společnosti **GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.** Hodnotící komise přistoupila tedy k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů jiné osoby, tj. společnosti **GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.**

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Seznam kvalifikovaných dodavatelů – kopie ze dne 10.1.2021, současně doloženo odkazem, el. originál stažen dne 3.2.2021

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Seznam kvalifikovaných dodavatelů – kopie ze dne 10.1.2021, současně doloženo odkazem, el. originál stažen dne 3.2.2021

✓ **Písemný závazek dle §83 odst.1 písm. d ZZVZ**

Smlouva o budoucí spolupráci mezi Stargen EU s.r.o. a GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. - v rámci nabídky doložena smlouva se zobrazenými elektronickými podpisy jednatelů obou společností. Při ověřování elektronických podpisů se však tyto podpisy zobrazovali jako nepodepsaná pole podpisů. Hodnotící komise tedy dne 8.2.2021 požádala objasnění a doplnění nabídky o podepsanou smlouvu o budoucí spolupráci. Dodavatel Stargen EU s.r.o. dne 11.2.2021 doložil oboustranně podepsanou smlouvu o budoucí spolupráci.

Hodnotící komise přistoupila ke kontrole splnění minimálních technických parametrů a hodnocených parametrů a ostatních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Hodnotící komise požádala dne **8.2.2021** dodavatele **Stargen EU s.r.o.** o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené.

1. Doplnění technické dokumentace k ověření splnění minimálních technických podmínek a hodnocených parametrů. Doplnění tabulky minimálních technických podmínek a hodnocených parametrů, kde k jednotlivým parametrům požádala přímo uvést odkazy na název technické dokumentace a na jaké straně dokumentu se splnění daného parametru nachází.
2. Doložení technických listů i pro injektory, monitor, kameru, diagnostickou stanici, které jsme v nabídce nedohledali.



3. Objasnění nabídky. Portálový server - v nabídce bylo uvedeno AW Server XL a Volume Viewer, ale v technických listech se uvádí AW Server 3.2. a AW VolumeShare7. Žádáme o objasnění této nesrovnalosti.
4. Doložení způsobu výpočtu jak u CT1, tak u CT3, tak jak zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci: "Vzorkovací frekvence v Hz (Hz = views/s, ne za rotaci), (účastník uvede také způsob výpočtu)".
5. Doložení prostých kopií včetně prostého překladu do českého jazyka prohlášení o shodě jednotlivých přístrojů.

Dodavatel **Stargen EU s.r.o.** dne **11.2.2021** zaslal požadované objasnění a doplnění nabídky.

Doplnil tabulku splnění minimálních technických podmínek s popisem jednotlivých dokumentů včetně stran, kde je požadovaný parametr uveden. Současně doložil technické listy k injektoru, monitoru, kameře a konfigurační list k PC diagnostické stanice. Dodavatel **Stargen EU s.r.o.** dále objasnil, že předmětem plnění je AW Server 3.2. v konfiguraci pro 6 současně pracujících uživatelů, která nese označení XL. Konfigurace M81601BN – AW Server 3.2. XL obsahuje 6 souběžných licencí prohlížeče VolumeViewer a podporu dalších pokročilých aplikací pracovní stanice s VolumeShare7. Dodavatel **Stargen EU s.r.o.** rovněž doložil způsob výpočtu vzorkovací frekvence. Rovněž prohlášení o shodě k nabízenému předmětu plnění byla doložena.

Hodnotící komise výše uvedené objasnění a doplnění nabídky akceptovala, ale dne **16.2.2021** požádala ještě o níže uvedené objasnění a doplnění nabídky:

1. Doložení způsobu výpočtu v rámci hodnoceného parametru "Maximální anodový proud (celkově na všech použitých rengenkách v systému) při nastaveném napětí 120kV (účastník uvede také způsob výpočtu)", a to jak u CT1, tak u CT3.
2. Objasnění nesrovnalosti v nabídce, kdy u požadavku "Adaptivní stínění pomocí dynamických kolimátorů (HW nástroj pro redukci dávky a restrikcí záření v okrajích, resp. mimo vyšetřovanou oblast)" uvádíte softwarové řešení Smart mA, ale požadavek byl na hardwarové řešení.
3. Objasnění splnění požadavku "Automatická volba/nastavení bowtie filtru přizpůsobeného typu vyšetření" pomocí softwarového řešením Smart mA.

Dodavatel **Stargen EU s.r.o.** dne **18.2.2021** zaslal požadované objasnění a doplnění nabídky. Doložil způsob výpočtu maximálního anodového proudu při nastaveném napětí 120 kV. Dále k požadavku na adaptivní stínění pomocí dynamických kolimátorů (HW nástroj pro redukci dávky a restrikcí záření v okrajích, resp. mimo vyšetřovanou oblast) uvedl, že přístroje jsou standardně vybaveny hardwarovým kolimátorem. 3D hardwarový kolimátor přístroje Revolution Apex pracuje s dalšími SW technikami jako je technika Smart mA. Dodavatel rovněž objasnil softwarové řešení Smart mA, které je součástí technologie smart dose, které je dostupná pro systém Revolution Apex i Revolution CT.

Hodnotící komise toto objasnění a doplnění nabídky akceptovala a konstatovala, že dodavatel **Stargen EU s.r.o.** splnil základní a profesní způsobilost, technické podmínky a všechny ostatní podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dodavatel **Stargen EU s.r.o.** tak byl v souladu s § 122 odst. 1 vybrán k uzavření smlouvy.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis se zdůvodněním rozdílného stanoviska.