

Detail zprávy Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Zpráva

Odesílatel	Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmět	Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den,

děkujeme za podanou nabídku.

V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Návrh kupní smlouvy:

- čl. III. odst. 1 a 2 - upřesnění doby dodání a uvedení do provozu - týdny či dny
- příloha č. 2 - Harmonogram - upřesnění doby dodání a uvedení do provozu - týdny či dny
- příloha č. 3 - Rozpis celkové kupní ceny po jednotlivých položkách - doložit pouze jednou

(verze vč. počtu a cen)

Požadované zašlete formou návrhu kupní smlouvy včetně všech požadovaných příloh a podpisu osoby oprávněné.

2. Doložení prohlášení o shodě nabídnutého předmětu plnění (prostá kopie vč. překladu do českého jazyka)

(CE k Profound AI od iCAD, BD Elevation, Accutron CT-D, Barco Nio Color 5MP MDNC-6121)

3. Vzhledem k doloženým certifikátům servisních techniků, zaměstnanců jiných společností, vás požádáme o doložení informací, zda požadovaný servis nabídnutých zařízení (BD Elevation, Accutron CT-D) bude prováděn jinou osobou, a to včetně dokládání splnění profesní kvalifikace - registrace osoby oprávněné provádět servisu přístrojů jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

V případě, že výše uvedené bude plněno jinou osobou než společností Stargen EU s.r.o, či uvedeným poddodavatelem společností GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. vás požádáme o doložení:

- úpravy přílohy č. 1 - Krycí list nabídkové ceny - s doplním dalším poddodavatelů
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) jinou osobou
- písemný závazek jiné osoby

a to u všech dalších případných poddodavatelů.

4. Doložení certifikátu servisního technika - Accutron CT-D (vystavený výrobcem v českém jazyce, popř. vč. prostého překladu do ČJ). Certifikát doložený v rámci nabídky pozbyl platnosti.

5. Doložení certifikátu servisního technika i školitele k BD Elevation (vystavené výrobcem v českém jazyce, popř. vč. prostého překladu do ČJ).

6. Požádáme o vyjádření:

- v manuálu v ČJ a komentáři uvedeném ke splnění minimálních technických požadavků je nesoulad v otázce přídavné filtrace – český manuál zmiňuje Mo a Rh filtry, komentář a anglický manuál zmiňuje Mo a Ag filtry. Požádáme o objasnění.

Dále požádáme o informaci, jaké jsou přípustné kombinace materiálů anody a přídavných filtrů v přístroji.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 27.06.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji za spolupráci.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 443 906

E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno	21.06.2022 11:28:18
Typ zprávy	Obecná k zakázce
Číslo jednací	
ID zprávy	2653636
Zakázka	<u>VZ0138275 - Mamograf</u>

Příjemci zprávy

Jméno a příjmení	Úřední název organizace	Přečteno ▼	Datum a čas doručení	Doručeno v okamžiku odeslání
	Stargen EU s.r.o.		21.06.2022 11:28:18	Ano

1 záznam