

Detail zprávy Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky - část III.**Zpráva**

Odesílatel	Jan Hamadej (D0005018 - EXRAY s.r.o.)
Předmět	Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky - část III.

Vážená paní Zdražilová,
protože příprava odpovědi a videodokumentace k Vaší Žádosti vyžaduje více času, chtěli bychom Vás tímto požádat o prodloužení termínu k objasnění a doplnění výše uvedené nabídky do 16.9.2022.

Předem děkuji. S pozdravem
Jan Hamadej

Dne 06.09.2022 08:43:10 odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,
děkujeme za podanou nabídku.

V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Kupní smlouva:

- čl. II. odst. 1 - předmět smlouvy - blíže specifikujte název nabízeného zařízení
- příloha č. 3 - položkový seznam - doplňte, min. hlavní části přístroje + příslušenství
- příloha č. 5 - viz požadavek výše

Požadované objasnění zašlete formou návrhu kupní smlouvy včetně všech příslušných příloh a podpisu osoby oprávněné.

2. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb:

- čl. II. odst. 1 - předmět smlouvy - blíže specifikujte název nabízeného zařízení
- čl. III, odst. 2

* Údržba předmětu servisu vč. přístrojového vybavení - uvedena četnost 1x za rok - není kalkulováno samostatně

* Provádění periodických prohlídek - uvedena četnost 1x za rok - není kalkulováno samostatně

= nesoulad informací v návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb s přílohou č. 2

- Příloha krycího listu nabídkové ceny

Požádáme o objasnění nesouladu a uvedených informací formou návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, včetně všech příslušných příloh, a podpisu osoby oprávněné.

3. Příloha č. 3 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek:

- do poznámek uveďte konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého je doloženo splnění požadovaných min.

technických podmínek

- doplňte, zda součástí přístroje je nový elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky

(aktuální verzi této přílohy doplňte také jako přílohu kupní smlouvy)

4. Doložení splnění požadovaných min. technických parametrů, a to:

- Detektor

- matrice detektoru min. 8 Mpix

- Přenosný detektor

- hmotnost detektoru vč. baterie max. 3 kg v datasheetu uvedeno cca 3,2kg - rozpor požadovaného a informací v datasheetu

- matrice detektoru min. 6,5 Mpix

- pokrytí celého pacienta (min. 180cm) rtg. svazkem bez překládání

- motorizované i manuální sklápění jednotky detektoru min. $-20^{\circ}/+90^{\circ}$, v datasheetu uvedeno: motorizované -20 - +90 manuálně 0,45,90

- hmotnost stropního závěsu max. 390 kg

- rozsah pohybu v podélném/příčném směru min. 350/250 cm

- automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu a pro centraci při změně výšky vertigrafu

- automatický podélný pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném polohování rentgenky

- automatické výškové nastavení vertigrafu dle zvoleného anatomického programu

- automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve stole pro snímkování

dlouhých kostí a páteře vleže a ve vertigrafu pro

snímkování dlouhých kostí a páteře vestoje

- 3 ionizační komůrky současně využitelné pro expoziční automatiku

- dotykový displej LCD monitoru (v datasheetu u nabízené úhlopříčky 22" uvedeno, že dotykový není)

- Součástí systému musí být podstavec pro pacienta k vertigrafu s nosností min. 200 kg pro provádění snímků dlouhých anatomických struktur

včetně prostředku pro standardní umístění pacienta dovolujícího přesné stanovení zvětšení (v různé vzdálenosti struktur od detektoru)

- protektor na provádění snímků při zátěži nebo obdobné řešení umožňující zátěž min. 150 kg

- držák pro upevnění detektoru ke stolu pro horizontální snímkování

5. Doložení prohlášení o shodě nabídnutého předmětu plnění)prostá kopie vč. překladu do českého jazyka)

6. Doložený certifikát technika i aplikačního specialisty je pro firmu NORTH MED spol. s r.o.. Požádáme o informaci, zda bude servis a proškolení poskytnuto pro společnost EXRAY s.r.o. na základě dohody o provedení práce či formou poddodavatele - v tomto případě bude nutné doložit opravu přílohy č. 1 - Krycí list nabídkové ceny s doplněním poddodavatele, a doložení prokázání kvalifikace poddodavatele, vč. písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.

7. Informaci, potvrzení, že je v cenové nabídce počítáno se stavebními úpravami dle návrhu SoD viz bod II. 2) odst. 2 „, minimální rozsah stavebních úprav dle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY RADIOLOGICKÉ KLINIKY – BUDOVA "A" - 1.PP“ zpracovaného v roce 2020“

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 12.09.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 588 443 906
E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz
web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno	12.09.2022 12:23:04
Typ zprávy	Odpověď
Číslo jednací	
ID zprávy	2835935
Zakázka	<u>VZ0143371 - Rentgenové přístroje</u>