

Detail zprávy žádost o doplnění objasnění nabídky - část III.

Zpráva

Odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)

Předmět žádost o doplnění objasnění nabídky - část III.

Dobrý den,

děkujeme za objasnění a doplnění nabídky ze dne 16.09.2022.

Na základě zaslaného vás požádáme o doplnění, objasnění doloženého:

1. Objasnění požadovaného:

- Požadováno - Součástí dodávky - Součástí systému musí být podstavec pro pacienta k vertigrafu s nosností min. 200 kg.... včetně prostředku pro standardní umístění pacienta dovolujícího přesné stanovení zvětšení ...

- Nabízené řešení: konstrukce mobilního podstavce je taková, že pacient stojí na podlaze a pouze se rukama přidržuje madel a opírá se zády o stěnu tj. nosnost se rovná nosnosti podlahy; jako volitelná položka je stupínek pro pacienty s hmotností do 150 kg ...

2. Kupní smlouva - příloha č. 3 - Rozpis celkové kupní ceny po jednotlivých položkách - chybí stavební úpravy vč. vyčíslení ceny.

Požadované zašlete formou návrhu kupní smlouvy včetně všech příslušných příloh a podpisu osoby oprávněné.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 06.10.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 588 443 906

E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno 30.09.2022 12:28:40

Typ zprávy Obecná k zakázce

Číslo jednací

ID zprávy 2878966

Zakázka VZ0143371 - Rentgenové přístroje

Příjemci zprávy

Jméno a příjmení	Úřední název organizace	Přečteno ▼	Datum a čas doručení	Doručeno v okamžiku odeslání
	EXRAY s.r.o.		30.09.2022 12:28:40	Ano

1 záznam