

Detail zprávy Re: žádost o doplnění objasnění nabídky - část III.**Zpráva**

Odesílatel	Jan Hamadej (D0005018 - EXRAY s.r.o.)
Předmět	Re: žádost o doplnění objasnění nabídky - část III.

Vážení,

Na základě Vaší Žádosti o objasnění nebo doplnění nabídky ze dne 30. 09. 2022 k výše uvedené veřejné zakázce upřesňujeme naši nabídku následovně:

Ad1) Doložení tech. par. – datasheet v nabídce

- podstavec pro pacienta k vertigrafu s nosností min. 200 kg

Součástí naší dodávky RTG systému Samsung GC85A je i univerzální mobilní podstavec k vertigrafu s vlastní hmotností 20 kg, nosností pro pacienta 340 kg a rozměry 50 cm x 60 cm x 15 cm. Podstavec se používá jako pomůcka pro snímkování dolních končetin - pro boční projekce a také pro dlouhé snímky pacientů o malém vzrůstu a vysoké hmotnosti.

Viz příložený soubor: „Podstavec_k_Vertigrafu_Nosnost_340 kg“

Ad2) Kupní smlouva

- příloha č. 3 - položkový seznam

doplnili jsme položku stavební úpravy

- příloha č. 5 - viz požadavek výše

doplnili jsme položku stavební úpravy

Toto požadované objasnění zasíláme formou návrhu kupní smlouvy včetně všech příslušných příloh a podpisu osoby oprávněné.

S pozdravem

Jan Hamadej

jednatel

Dne 30.09.2022 12:28:40 odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,

děkujeme za objasnění a doplnění nabídky ze dne 16.09.2022.

Na základě zaslaného vás požádáme o doplnění, objasnění doloženého:

1. Objasnění požadovaného:

- Požadováno - Součástí dodávky - Součástí systému musí být podstavec pro pacienta k vertigrafu s nosností min. 200 kg.... včetně prostředku pro standardní umístění pacienta dovolujícího přesné stanovení zvětšení ...

- Nabízené řešení: konstrukce mobilního podstavce je taková, že pacient stojí na podlaze a pouze se rukama přidržuje madel a opírá se zády o stěnu tj. nosnost se rovná nosnosti podlahy; jako volitelná položka je stupínek pro pacienty s hmotností do 150 kg ...

2. Kupní smlouva - příloha č. 3 - Rozpis celkové kupní ceny po jednotlivých položkách - chybí stavební úpravy vč. vyčíslení ceny.

Požadované zašlete formou návrhu kupní smlouvy včetně všech příslušných příloh a podpisu osoby oprávněné.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 06.10.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 443 906

E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno

04.10.2022 16:49:09

Typ zprávy	Odpověď
Číslo jednací	
ID zprávy	2888735
Zakázka	<u>VZ0143371 - Rentgenové přístroje</u>

Přílohy

Návrh KS vč. Příloh_1xSigned.pdf 04.10.2022 16:49:09 632,4 kB Stáhnout	Objasnění nabídky_II_Skiografie_část_3_Signed.pdf 04.10.2022 16:49:10 118,1 kB Stáhnout
Podstavec_k_Vertigrafu_Nosnost_340 kg.JPG 04.10.2022 16:49:10 21,1 kB Stáhnout	