

Vypořádání připomínek

99. Výzva IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty - SC 6.1

Registrační číslo projektu	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016653
Název projektu	Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc
Žadatel	Fakultní nemocnice Olomouc

V Olomouci dne 12.8.2021

U projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016653 proběhlo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu.

Níže je zpracováno vypořádání připomínek:

Kritérium 1.3 – Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

Doložená projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení není označena razítkem stavebního úřadu.

Doložte prosím projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení označenou razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace).

Vypořádání: V MS2014+ záložce Dokumenty doložen Titulní list již doložené PD s ověřením stavebního úřadu tj. razítkem. Vzhledem k velikosti souboru PD je vložen pouze titulní list. Původně vložená PD je beze změny.

Vrácené obrazovky k editaci: Dokumenty

Kritérium 3.6 – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám

Informace ke stanovení cen do rozpočtu projektu, uvedené v doloženém Seznamu vybavení, vztahující se k hlavním aktivitám projektu nejsou dostatečné (viz Příloha č. 3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce).

Pro přístroj Kolimátory pro detekci 131 I je v doloženém Seznamu vybavení uvedena pouze 1 cenová nabídka. V rámci průzkumu trhu je potřeba oslovit minimálně 3 potenciální dodavatele, pokud jsou na trhu k dispozici.

Doplňte prosím do Seznamu vybavení informace k průzkumu trhu pro přístroj Kolimátory pro detekci 131 I.

Vypořádání: Vzhledem k nutné kompatibilitě kolimátorů se stávajícím přístrojem SPECT/CT systémem DISCOVERY 670 od výrobce GE Healthcare, nebyl proveden klasický průzkum trhu s oslovením 3 dodavatelů, dokládáme Čestné prohlášení o výhradním zastoupení GE Healthcare pro Českou republiku. Upravena příloha Seznam vybavení.

Cenové údaje uvedené ve stanovení cen do rozpočtu projektu neodpovídají cenám položek rozpočtu projektu. V doloženém Seznamu vybavení je uvedena cena použitá do rozpočtu projektu pro přístroj PET/CT ve výši 120.139.528 Kč vč. DPH. V rozpočtu projektu je však pro přístroj PET/CT použita cena 121.213.031 Kč vč. DPH.

Uvedte do souladu cenu přístroje PET/CT zjištěnou v rámci průzkumu trhu s cenou použitou do rozpočtu projektu. Úpravy zohledněte ve všech relevantních částech žádosti o podporu a Podklady pro hodnocení včetně údajů v CBA analýze.

Vypořádání: V rozpočtu projektu je použita cena pro přístroj PET/CT cena: 120 139 528 Kč dle přílohy Seznam vybavení. V příloze Podklady pro hodnocení projektu, v bodě 12 Finanční analýza byla původně uvedena celková cena 121.213.528 Kč včetně DPH pro Položku A76, která zahrnovala přístroj i stavební část - Dostavba a rekonstrukce budovy X: 1 073 503 (Jedná se o výdaje nad finanční limit projektu).

Nyní upraven dokument Podklady pro hodnocení projektu v bodě 12. Finanční analýza (úprava vyznačena zeleně, rozdělena do dvou samostatných položek (přístroj a stavební část)) a CBA. Ostatní záložky zůstávají beze změny.

Vrácené obrazovky k editaci: Dokumenty, Rozpočet roční, Finanční plán, Etapy projektu, Přehled zdrojů financování, CBA

Kritérium 3.8 – Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům projektu

Datum výchozí hodnoty indikátoru 99312 - Počet hospitalizací s využitím podpořených kapacit či prostředků z IROP (REACT EU) je po datu podání žádosti o podporu. Dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce se stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu, nebo mu předcházet.

Upravte prosím datum výchozí hodnoty indikátoru 99312 dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Vypořádání: Datum výchozí hodnoty indikátoru 99312 je v MS2014+ upraveno dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, je rovno datu podání žádosti o podporu tj. 29.7.2021.

Vrácené obrazovky k editaci: Indikátory

Kritérium 3.10 – V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů

Dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce počátečním datem referenčního období je datum zahájení realizace projektu. V žádosti o podporu je v CBA analýze uveden křížek v checkboxu Rozdílová varianta, měla by být fajfka.

Upravte v žádosti o podporu v CBA analýze počáteční datum referenčního období, checkbox Rozdílová varianta označte fajfkou.

Vypořádání: Rozdílová varianta není zaškrtnutá, žadatel zpracoval nulovou a investiční variantu. Rozdílová varianta byla automaticky systémem vygenerována.

Referenční období je upraveno, počáteční datum referenčního období je v souladu s datem zahájení realizace projektu, upraveno dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, tj. 28.12.2020.

Vrácené obrazovky k editaci: CBA

V Olomouci dne 12.8.2021

Ing. Jarmila Neudörflerová
Vedoucí oddělení
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení projektové podpory
Fakultní nemocnice Olomouc®