



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„PET/CT“ (VZ-2022-000008)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Členové hodnotící komise:

1. doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
2. PharmDr. Radek Navrátil
3. Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
4. Ing. Vladimír Olejníček
5. Ing. František Valíček
6. Ing. Nela Skulová
7. Ing. Radim Zemánek
8. Mgr. Petra Foukalová
9. Ing. Pavla Kreuzingerová
10. Mgr. Zuzana Tomčíková
11. Ing. Pavel Dočkal

Do této veřejné zakázky byla podána jediná (1) nabídka, a to od společnosti **Siemens Healthcare, s.r.o.**

Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole přijaté nabídky byly zjištěny nejasnosti v nabídce, a na základě toho byla společnost **Siemens Healthcare, s.r.o.** dne **17.02.2022** požádána o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Doložení aktuálního certifikátu školení pro ULRICH CT motion, a pro Siegfried Schrei.
2. Doložení prohlášení o shodě ke všem nabízeným přístrojům (PET/CT, injektor radiofarmak, injektor CT kontrastních látek, pracovní stanice atd.).
3. Doložení kompletního seznamu pomůcek včetně uvedení počtu kusů.
4. Doložení potvrzení splnění požadovaného parametru: "export dýchací křivky do plánovacího systému Varian Aria 16.1 - musí fungovat samostatně "
5. Doložení prospektové dokumentace, popř. jiných materiálů, ze kterých bude možné ověřit splnění požadovaných podmínek – Software pro připojení klientských stanic musí být instalovatelný na neomezený počet klientů, to je minimálně pro 1000 uživatelů – parametr nebylo možné z doložených dokumentů ověřit.



6. V technické specifikaci chybělo vyplnění splnění položky „Výbava pro základní hodnocení kardiologických PET a PET/CT studií, to je minimálně pro 1 klienta“, vyžádáno doložení.

Společnost **Siemens Healthcare, s.r.o.** dne **23.02.2022** v rámci své odpovědi uvedla a zaslala níže uvedené:

1. Aktuální certifikáty aplikačních specialistů-školení pro ULRICH CT motion, a pro Siegfried Schrei.
2. Prohlášení o shodě ke všem nabízeným přístrojům (PET/CT, injektor radiofarmak, injektor CT kontrastních látek, pracovní stanice atd.).

3. Kompletní seznam pomůcek včetně uvedení počtu kusů:

- Fantom pro zabezpečení kvality CT systému (20 cm) 1 ks
- Válcový vodní fantom pro PET systém (20 cm) 1 ks
- Fantom pro stanovení offsetu gantry PET systému 1 ks

4. Doložila informaci k potvrzení splnění požadovaného parametru: "export dýchací křivky do plánovacího systému Varian Aria 16.1 - musí fungovat samostatně " ve znění:

„Export dýchací křivky do TPS Varian Aria 16.1, který funguje samostatně je uveden v příložených pasážích z manuálů pro RGSC a plánovací systém Eclipse (součást verifikačního systému ARIA). Podpora této vlastnosti je pro systém RGSC ve spojení s verifikačním systémem ARIA samozřejmá (podpora od ARIA verze 13.0).“

a to včetně označení, kde lze výše uvedou informaci v rámci nabídky poskytnuté dokumentaci dohledat.

5. Doložila výňatek z datového listu – „dokument Datasheet Syngo via VB60A.pdf“ kde je definováno „...and is available to all users (that is, it is not licensed per user or seat)“ – což dokladuje instalovatelnost na neomezený počet klientů.

6. Byla doložena informace, kde je možné ověřit splnění položky „Výbava pro základní hodnocení kardiologických PET a PET/CT studií, to je minimálně pro 1 klienta“:

- Položka "Výbava pro základní hodnocení kardiologických PET a PET/CT studií, to je minimálně pro 1 klienta", je součástí položky č.24 syngo.via VB50 - Upgrade SW na verzi VB60 Technické specifikace, viz. str. 17 Technického popisu.

Dne **24.02.2022** byla společnost **Siemens Healthcare, s.r.o.** dále požádána o doplnění a objasnění nabídky, a to konkrétně o:

- doložení kompletního seznamu polohovacích a fixačních pomůcek včetně uvedení počtu kusů.

Společnost **Siemens Healthcare, s.r.o.** dne **28.02.2022** zaslala požadované doplnění nabídky a doložila kompletní seznam polohovacích a fixačních pomůcek včetně uvedení počtu kusů.

Toto objasnění a doplnění nabídky shledala hodnotící komise jako dostačující a přistoupila k posouzení kvalifikací účastníka Siemens Healthcare, s.r.o.:



✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – el. originál ze dne 28.01.2022

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – el. originál ze dne 28.01.2022

Hodnotící komise konstatuje, že výše uvedený dodavatel **Siemens Healthcare, s.r.o.** splnil základní způsobilost, profesní způsobilost, a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto byl vybrán v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis zdůvodnění rozdílného stanoviska.

Dále každý člen hodnotící komise prohlašuje, že není ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům zadávacího řízení ve střetu zájmů, nepodílel(a) se na zpracování nabídek, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mu nevznikne osobní výhoda nebo újma, nemá osobní zájem na zadání veřejné zakázky, s účastníky ho nespojuje osobní ani pracovní ani jiný obdobný poměr.

Vznikne-li u člena hodnotící komise v průběhu činnosti komise důvod ke střetu zájmů, je povinen(na) tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který ho v takovém případě vyloučí z další účasti v komisi.

Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

Níže uvedení členové komise potvrzují, že mají odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku

Členové hodnotící komise:

1. doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

 dne 7.3.2022

2. PharmDr. Radek Navrátil

 dne 2.3.2022

3. Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

 dne 02.03.2022

4. Ing. Vladimír Olejníček

 dne 9.3.2022

5. Ing. František Valíček

 dne 2.3.2022


6. Ing. Nela Skulová

 dne 3.3.2022

7. Ing. Radim Zemánek

 dne 2.3.22

8. Mgr. Petra Foukalová

 dne 3.3.2022

9. Ing. Pavla Kreuzingerová

 dne 2.3.2022

10. Mgr. Zuzana Tomčíková

 dne 2.3.2022



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

11. Ing. Pavel Dočkal

..... dne 1.3.2022

Schváleno dne	10 -03- 2022
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC® I.P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 111

fax: +420 585 413 841
e-mail: zakazky@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 36334811/0710

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

Ing. Pavel Dočkal
63358