



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

DATUM: 10-03-2022

Veřejná zakázka:
„PET/CT“
(VZ-2022-000008)

Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel na základě posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele v otevřeném nadlimitním řízení níže uvedenému dodavateli

Siemens Healthcare, s.r.o.

Identifikace vítězného dodavatele

Název: Siemens Healthcare, s.r.o.
Sídlo: Budějovická 779/3b, Michle, 140 00 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 041 79 960

Zpráva o hodnocení nabídek v příloze

Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení vybraným dodavatelem je podmínkou uzavření smlouvy:

- ✓ výpis z evidence Rejstříků trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- ✓ potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- ✓ písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- ✓ písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- ✓ potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- ✓ výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
- ✓ výpisu z obchodního rejstříku, ve vztahu k § 77 odst. 1

Vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně ověřené kopie požadovaných dokladů, pokud nebyly předloženy již v nabídce. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Doklady k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti lze prokázat předložením originálu nebo úředně ověřené kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Veškeré doklady musí být předloženy v elektronické podobě, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaný konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Požadované doklady zašlete na email zakazky@fnol.cz nebo prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Poučení o lhůtě pro podání námitek dle § 242 odst. 2:

Námítky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Poučení o zákazu uzavření smlouvy § 246 odst. 1:

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. Přílohy: Písemná zpráva o hodnocení nabídek

I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 111

fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 36334811/0710

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

Ing. Pavel Dočka
63358



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„PET/CT“

(VZ-2022-000008)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Členové hodnotící komise:

1. doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
2. PharmDr. Radek Navrátil
3. Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
4. Ing. Vladimír Olejníček
5. Ing. František Valíček
6. Ing. Nela Skulová
7. Ing. Radim Zemánek
8. Mgr. Petra Foukalová
9. Ing. Pavla Kreuzingerová
10. Mgr. Zuzana Tomčíková
11. Ing. Pavel Dočkal

Do této veřejné zakázky byla podána jediná (1) nabídka, a to od společnosti **Siemens Healthcare, s.r.o.**

Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole přijaté nabídky byly zjištěny nejasnosti v nabídce, a na základě toho byla společnost **Siemens Healthcare, s.r.o. dne 17.02.2022** požádána o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Doložení aktuálního certifikátu školitele pro ULRICH CT motion, a pro Siegfried Schrei.
2. Doložení prohlášení o shodě ke všem nabízeným přístrojům (PET/CT, injektor radiofarmak, injektor CT kontrastních látek, pracovní stanice atd.).
3. Doložení kompletního seznamu pomůcek včetně uvedení počtu kusů.
4. Doložení potvrzení splnění požadovaného parametru: "export dýchací křivky do plánovacího systému Varian Aria 16.1 - musí fungovat samostatně "
5. Doložení prospektové dokumentace, popř. jiných materiálů, ze kterých bude možné ověřit splnění požadovaných podmínek – Software pro připojení klientských stanic musí být instalovatelný na neomezený počet klientů, to je minimálně pro 1000 uživatelů – parametr nebylo možné z doložených dokumentů ověřit.



6. V technické specifikaci chybělo vyplnění splnění položky „Výbava pro základní hodnocení kardiologických PET a PET/CT studií, to je minimálně pro 1 klienta“, vyžádáno doložení.

Společnost **Siemens Healthcare, s.r.o.** dne **23.02.2022** v rámci své odpovědi uvedla a zaslala níže uvedené:

1. Aktuální certifikáty aplikačních specialistů-školení pro ULRICH CT motion, a pro Siegfried Schrei.

2. Prohlášení o shodě ke všem nabízeným přístrojům (PET/CT, injektor radiofarmak, injektor CT kontrastních látek, pracovní stanice atd.).

3. Kompletní seznam pomůcek včetně uvedení počtu kusů:

- Fantom pro zabezpečení kvality CT systému (20 cm) 1 ks
- Válcový vodní fantom pro PET systém (20 cm) 1 ks
- Fantom pro stanovení offsetu gantry PET systému 1 ks

4. Doložila informaci k potvrzení splnění požadovaného parametru: "export dýchací křivky do plánovacího systému Varian Aria 16.1 - musí fungovat samostatně " ve znění:

„Export dýchací křivky do TPS Varian Aria 16.1, který funguje samostatně je uveden v příložených pasážích z manuálů pro RGSC a plánovací systém Eclipse (součást verifikačního systému ARIA). Podpora této vlastnosti je pro systém RGSC ve spojení s verifikačním systémem ARIA samozřejmá (podpora od ARIA verze 13.0).“

a to včetně označení, kde lze výše uvedou informaci v rámci nabídky poskytnuté dokumentaci dohledat.

5. Doložila výňatek z datového listu – „dokument Datasheet Syngo via VB60A.pdf“ kde je definováno „...and is available to all users (that is, it is not licensed per user or seat)“ – což dokladuje instalovatelnost na neomezený počet klientů.

6. Byla doložena informace, kde je možné ověřit splnění položky „Výbava pro základní hodnocení kardiologických PET a PET/CT studií, to je minimálně pro 1 klienta:

- Položka "Výbava pro základní hodnocení kardiologických PET a PET/CT studií, to je minimálně pro 1 klienta", je součástí položky č.24 syngo.via VB50 - Upgrade SW na verzi VB60 Technické specifikace, viz. str. 17 Technického popisu.

Dne **24.02.2022** byla společnost **Siemens Healthcare, s.r.o.** dále požádána o doplnění a objasnění nabídky, a to konkrétně o:

- doložení kompletního seznamu polohovacích a fixačních pomůcek včetně uvedení počtu kusů.

Společnost **Siemens Healthcare, s.r.o.** dne **28.02.2022** zaslala požadované doplnění nabídky a doložila kompletní seznam polohovacích a fixačních pomůcek včetně uvedení počtu kusů.

Toto objasnění a doplnění nabídky shledala hodnotící komise jako dostačující a přistoupila k posouzení kvalifikací účastníka Siemens Healthcare, s.r.o.:



✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – el. originál ze dne 28.01.2022

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – el. originál ze dne 28.01.2022

Hodnotící komise konstatuje, že výše uvedený dodavatel **Siemens Healthcare, s.r.o.** splnil základní způsobilost, profesní způsobilost, a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto byl vybrán v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis zdůvodnění rozdílného stanoviska.