

V Olomouci 1.4.2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem
„Automatický skenovací systém II.“**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 31.3.2021

V tabulce je uvedeno, že přístroj musí být kompatibilní se současnými pracovními stanicemi (MetaSystems) a současným vyhledávačem Metafer nebo v případě nekompatibility musí být dodáno 7ks vyhodnocacích stanic se speciálním software a časově neozmezenou licencí na každé stanici a rovněž vhodný vyhledávač

Dotaz:

Znamená to, že zadavatel má nyní 7 ks pracovních stanic MetaSystems nebo má jen jednu pracovní stanici, ke které chce připojit 7 ks vyhodnocovacích stanic?

Odpověď:

Zadavatel má nyní 7 ks **pracovních = vyhodnocovacích stanic** MetaSystems a 1ks vyhledávač Metafer. Toto je předmětem nutné kompatibility nebo nahrazení. Každá stanice se skládá z mikroskopu, CCD kamery a počítače se speciálním **software ke snímání a hodnocení obrazu**: 5x karyotypovací software, 4x software pro FISH (z toho 2x MFISH + MBand).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 1.4.2021

Prosíme zadavatele o sdělení, jaké typy mikroskopu nyní v laboratoři používají?

Odpověď:

V laboratoři se používají tyto typy mikroskopů:

- Olympus BX60,
- Olympus BX41,
- Olympus BX40 x2,
- Olympus BX41TF,
- Olympus Provis AX70,
- Olympus BX51,
- Zeiss Axioplan 2 Imaging