

Dodatečné dotazy

Veřejná zakázka: Mikroskopy II **3. část - Mikroskop pro III. Interní kliniku** **Fakultní nemocnice Olomouc**

Dobrý den,

Dovolujeme se dotázat:

- 1) Okuláry s gumovými očními, které mají dioptrickou korekci a nastavitelnou interpupilární vzdálenost v rozsahu minimálně 50 – 76 mm, se zvětšením 10× a zorným polem minimálně FN 22

Bude zadavatel akceptovat - plastové odnímatelné očníce a interpupilární vzdálenost v rozsahu 55-75 mm?

- 2) Plynule regulovatelným osvětlením pomocí ovladače umístěného na stativu mikroskopu frontálně pro snadnou dostupnost

Bude zadavatel akceptovat - umístění ovladače osvětlení na boku mikroskopu?

- 3) Dioptrickou korekcí na tubusu a nastavitelnou interpupilární vzdáleností v rozsahu minimálně 50 – 76 mm

Bude zadavatel akceptovat dioptrickou korekci na tubusu a nastavitelnou interpupilární vzdáleností v rozsahu 55 – 76 mm?

- 4) Stolek musí umožňovat rotaci minimálně 250 stupňů

Bude zadavatel akceptovat - stolek umožňující rotaci 110 stupňů?

- 5) 1 ks plan fluoritový semi apochromatický objektiv 20×, pro zorné pole min. 26 Numerická apertura min.0,5

Bude zadavatel akceptovat -plan fluoritový semi apochromatický objektiv 20×, pro zorné pole 25?

- 6) 1 ks plan fluoritový semi apochromatický objektiv 40× pro zorné pole min. 26 Numerická apertura min.0,75

Bude zadavatel akceptovat - plan fluoritový semi apochromatický objektiv 40× pro zorné pole 25?

Děkuji Vám za zaslání odpovědi na dotazy.

Nicolette Prymych, BARIA s.r.o.

Sídlo firmy:
BARIA s.r.o.

Jižní 393
252 44
Pšáry - Dolní Jirčany

Kancelář (objednávky):
BARIA s.r.o.

Vídeňská 1764/158
148 00, Praha 4
info@baria.cz

IČ: 266 979 04
DIČ: CZ26697904
tel: +420 244 911 228
fax: +420 323 550 123
web: www.baria.cz



Sídlo firmy:
BARIA s.r.o.
Jižní 393
252 44
Psáry - Dolní Jirčany

Kancelář (objednávky):
BARIA s.r.o.
Viedeňská 1764/158
148 00, Praha 4
info@baria.cz

IČ: 266 979 04
DIČ: CZ26697904
tel: +420 244 911 228
fax: +420 323 550 123
web: www.baria.cz