

V Olomouci 21.02.2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Mikroskopy II.“
část III.**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18.02.2022

Dotaz č.1)

Okuláry s gumovými očními, které mají dioptrickou korekci a nastavitelnou interpupilární vzdálenost v rozsahu minimálně 50–76 mm, se zvětšením 10× a zorným polem minimálně FN 22

Bude zadavatel akceptovat – plastové odnímatelné očníce a interpupilární vzdálenost v rozsahu 55–75 mm?

Odpověď k dotazu č. 1):

Zadavatel trvá na interpupilární vzdálenosti v rozsahu min. 50–76 mm, jelikož bude mikroskop využívat více uživatelů (muži i ženy) na pracovišti s rozdílným rozestupem očí, co největší variabilita interpupilární vzdálenosti v návaznosti na univerzální využití mikroskopu pro více uživatelů je zásadní. Zadavatel rovněž trvá na okulárech s gumovými očními, které se mnohem lépe přizpůsobí jednotlivým uživatelům a zajišťují jim mnohem větší komfort při déletrvajících pozorováních.

Dotaz č.2)

Plynule regulovatelným osvětlením pomocí ovladače umístěného na stativu mikroskopu frontálně pro snadnou dostupnost

Bude zadavatel akceptovat – umístění ovladače osvětlení na boku mikroskopu?

Odpověď k dotazu č. 2):

Zadavatel trvá na frontálním umístění ovladače osvětlení, jelikož bude mikroskop využíván jak praváky, tak leváky a umístění na boku mikroskopu by jednu skupinu uživatelů značně znevýhodnilo. Mikroskop musí být univerzální pro všechny skupiny uživatelů.

Dotaz č.3)

Dioptrickou korekcí na tubusu a nastavitelnou interpupilární vzdáleností v rozsahu minimálně 50–76 mm

Bude zadavatel akceptovat dioptrickou korekci na tubusu a nastavitelnou interpupilární vzdáleností v rozsahu 55–76 mm?

Odpověď k dotazu č. 3):

Zadavatel trvá na interpupilární vzdálenosti v rozsahu min. 50–76 mm, jelikož bude mikroskop využívat více uživatelů (muži i ženy) na pracovišti s rozdílným rozestupem očí, co největší variabilita interpupilární vzdálenosti v návaznosti na univerzální využití mikroskopu pro více uživatelů je zásadní.

Dotaz č.4)

Stolek musí umožňovat rotaci minimálně 250 stupňů

Bude zadavatel akceptovat – stolek umožňující rotaci 110 stupňů?

Odpověď k dotazu č. 4):

Zadavatel trvá na rotaci min. 250 stupňů kvůli polarizaci a otáčení vzorku při metodě vyšetření dny, na kterou je mikroskop primárně určen.

Dotaz č.5)

1 ks plan fluoritový semi apochromatický objektiv 20×, pro zorné pole min. 26 Numerická apertura min.0,5

Bude zadavatel akceptovat – plan fluoritový semi apochromatický objektiv 20×, pro zorné pole 25?

Odpověď k dotazu č. 5):

plan fluoritový semi apochromatický objektiv 20× - zadavatel trvá na zorném poli min. 26 z důvodu, že čím je větší zorné pole objektivu, tím je lepší kompenzace optických vad objektivu.

Dotaz č.6)

1 ks plan fluoritový semi apochromatický objektiv 40× pro zorné pole min. 26 Numerická apertura min.0,75

Bude zadavatel akceptovat – plan fluoritový semi apochromatický objektiv 40× pro zorné pole 25?

Odpověď k dotazu č. 6):

plan fluoritový semi apochromatický objektiv 40× - zadavatel trvá na zorném poli min. 26 z důvodu, že čím je větší zorné pole objektivu, tím je lepší kompenzace optických vad objektivu.