

V Olomouci 28.04.2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce s názvem „Mikrobiologické analyzátory“,

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – zodpovězení dodatečných dotazů ze dne 27.04.2022

S ohledem na zaslané Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Mikrobiologické analyzátory“, část II. – Mykologický analyzátor, kde zadavatel připouští, že cena jednoho vyšetření při nenaplnění celého kitu může být vyšší než cena za provedení 1 test, uvedený v tabulce přílohy č. 2 s názvem Příloha krycího listu nabídkové ceny za jedno vyšetření beta-D-glukanu v séru/plasmě.

Vás žádám o zodpovězení dodatečného dotazu

V případě zamýšleného počtu vzorků 600 za rok, což představuje 1,7 vzorku denně je ekonomicky, diagnosticky i klinicky nutné provádět analýzu po jednotlivých vzorcích. V případě tohoto zadání, je preferováno řešení, které dokáže ve vsádce analyzovat minimálně 7 vzorků. Teoretické náklady v kalkulaci na jedno vyšetření pak z logiky věci mohou být značně nižší v případě, že balení je uzpůsobeno provedení minimálně 7 testů najednou bez možnosti provést nižší počet vyšetření za stejnou cenu na test, než u řešení, kde je přímo od výrobce možné dělat jedno vyšetření v jakoukoli dobu. Cena za 1 jedno vyšetření je však vypočítána jako celkový náklad na vsádku dělený počtem vzorků při naplnění celé vsádky. Tzn. cena bude odpovídat pouze při plném naplnění vsádky. V případě, že se vsádka nenaplní, což je s ohledem na uvedený počet předpokládaných vyšetření více než pravděpodobné, je cena za test několika násobně větší.

Toto zadání a navržená smlouva však tuto variantu umožňuje a ekonomická výhodnost řešení v tomto provozu není prokazatelná.

Odpověď č. 1:

Zadavatel si je vědom rozdílné ceny při analýze menšího počtu vzorku, a proto bude frekvence vyšetření v rámci pracoviště FN Olomouc optimalizována tak, aby byla využita požadována max. kapacita.

Dotaz 2:

Předpokládá zadavatel výpočet ceny za jeden test tím způsobem, že cena za test je vypočtena jako podíl ceny celého kitu pro daný počet vyšetření v jedné analýze a maximálního počtu vzorků v tomto jednom běhu?

Odpověď č. 2:

Ano, výpočet ceny za jeden test bude vypočten jako podíl ceny celého kitu a max. počtu vzorků v jednom běhu.

Dotaz 3:

Jakým způsobem má účastník VŘ přistoupit k výpočtu této ceny, aby zohlednil případné nenaplnění kapacity vzorků jednoho běhu analýzy, který odpovídá jednomu kitu, tak aby obě varianty řešení byly porovnatelné?

Odpověď č. 3:

Zadavatel si je vědom rozdílné ceny při analýze menšího počtu vzorku, a proto bude frekvence vyšetření v rámci pracoviště FN Olomouc optimalizována tak, aby byla využita požadována max. kapacita. Z toho důvodu,

zadavatel tedy předpokládá, že výpočet ceny za jeden test bude stanoven jako podíl ceny celého kitu a max. počtu vzorků v jednom běhu.

Zadavatel tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16.05.2022 do 10 hodin.