

Detail zprávy Dotaz a následná žádost o prodloužení**Zpráva**

Odesílatel Karel Andrejsek (D0004517 - Schubert CZ spol. s r.o.)

Předmět Dotaz a následná žádost o prodloužení

Vážení,

S ohledem na zaslané

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Mikrobiologické analyzátory“, část II. – Mykologický analyzátor, kde zadavatel připouští, že cena jednoho vyšetření při nenaplnění celého kitu může být vyšší než cena za provedený 1 test, uvedený v tabulce přílohy č. 2 s názvem Příloha krycího listu nabídkové ceny za jedno vyšetření beta-D-glukanu v séru/plasmě.

Vás žádám o zodpovězení dodatečného dotazu

V případě zamýšleného počtu vzorků 600 za rok, což představuje 1,7 vzorku denně je ekonomicky, diagnosticky i klinicky nutné provádět analýzu po jednotlivých vzorcích. V případě tohoto zadání, je preferováno řešení, které dokáže ve vsádce analyzovat minimálně 7 vzorků. Teoretické náklady v kalkulaci na jedno vyšetření pak z logiky věci mohou být značně nižší v případě, že balení je uzpůsobeno provedení minimálně 7 testů najednou bez možnosti provést nižší počet vyšetření za stejnou cenu na test, než u řešení, kde je přímo od výrobce možné dělat jedno vyšetření v jakoukoli dobu. Cena za 1 jedno vyšetření je však vypočítána jako celkový náklad na vsádku dělený počtem vzorků při naplnění celé vsádky. Tzn. cena bude odpovídat pouze při plném naplnění vsádky. V případě, že se vsádka nenaplní, což je s ohledem na uvedený počet předpokládaných vyšetření více než pravděpodobné, je cena za test několika násobně větší.

Toto zadání a navržená smlouva však tuto variantu umožňuje a ekonomická výhodnost řešení v tomto provozu není prokazatelná.

Dotaz 2:

Předpokládá zadavatel výpočet ceny za jeden test tím způsobem, že cena za test je vypočtena jako podíl ceny celého kitu pro daný počet vyšetření v jedné analýze a maximálního počtu vzorků v tomto jednom běhu?

Dotaz 3:

Jakým způsobem má účastník VŘ přistoupit k výpočtu této ceny, aby zohlednil případné nenaplnění kapacity vzorků jednoho běhu analýzy, který odpovídá jednomu kitu, tak aby obě varianty řešení byly porovnatelné ?

Na základě výše uvedeného dotazu Vás žádám o prodloužení termínu pro podání nabídky na

veřejnou zakázku.

Děkuji Vám

Pěkný den

Doplňující údaje

Odesláno 27.04.2022 14:01:44

Typ zprávy Zpráva zadavateli zakázky

Číslo jednací

ID zprávy 2529754

Zakázka VZ0136405 - Mikrobiologické analyzátory