

**Fakultní nemocnice Olomouc
oddělení veřejných zakázek
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc**

**Vážená paní
Kristýna Zdražilová**

Praha 23. 05. 2022

Odpověď na žádost o objasnění a doplnění nabídky

Vážení,

ve shodě s vaší výzvou zasíláme následující odpovědi:

1. *Potvrzení, že spotřební materiál (BED_444048 Kit BD Max Qualification) uvedený v příloze č. 2 Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb je započten do ceny BTK.*

Ano, potvrzujeme shora uvedené.

2. *Potvrzení, že součástí ceny za BTK je také el. revize nezdravotnických přístrojů, které jsou součástí dodávky (UPS, tiskárna).*

Ano, potvrzujeme shora uvedené.

3. *Doložení prohlášení o shodě k všem nabízeným přístrojům - prostá kopie v překladu do českého jazyka.*

Požadované dokumenty (celkem 2x 4 soubory) přikládáme jako přílohu tohoto emailu.

4. *V certifikátu servisního technika ani školitele není uvedena položka systému: BD Epicenter. Požádáme o doložení či vysvětlení.*

Ano, takto je to správně. Ohledně servisního technika - systém BD Epicenter přichází jako součást dodávky již předinstalovaný. Ohledně aplikačního specialisty (školitele) – školení uživatelů je podřazeno pod jednotlivé „hlavní“ přístroje.

Jak servisní technik, tak aplikační specialista (školitel) jsou na tento systém školeni v rámci jednotlivých „hlavních“ přístrojů (BD Bactec Top, BD Bactec FX40, BD Bactec MGIT 960/320, atp.), bez vydání speciálních certifikátů.

Za TRIOS, spol. s r.o.

David Tomášek
jednatel