

Detail zprávy Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky**Zpráva**

Odesílatel Ing. Martin Musil (D0000272 - TRIGON PLUS s.r.o.)

Předmět Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den, paní Zdražilová,

na základě výzvy k objasnění naší nabídky zasíláme přílohou potřebné dokumenty. Doufám, že bude vše přehledné.

V případě jakýchkoliv nejasností se na mne neváhejte obrátit.

Předem děkuji za spolupráci.

S přáním hezkého dne,

Mgr. Klára Prášková

referent veřejných zakázek

Dne 31.03.2022 14:00:40 odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,

děkujeme za podanou nabídku.

V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Kupní smlouva - čl. II, odst.1, 2 - upřesněte dobu dodání a předání - (tý)dnů.

Požadovanou úpravu zašlete formou návrhu kupní smlouvy vč. příslušných příloh, podepsanou osobou oprávněnou jednat za účastníka.

2. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb:

- v případě, že se neprovádí pravidelný servisní zásah (tak jak je uvedeno v nabídce), uveďte pouze "NEPROVÁDÍ SE", náklady na validaci jsou samostatně uvedeny.
- příloha č. 2 Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb je Seznam spotřebního

materiálu - spotřební materiál potřebný k provedení

servisu v rámci pravidelných preventivních prohlídek stanovených výrobcem zařízení nebo příslušnými právními předpisy, nikoliv tedy

seznam filtrů. Požádám tedy o úpravu této přílohy, v případě, že k uvedenému není potřeba spotřební materiál, uveďte.

Seznam filtrů doložte jako samostatnou přílohu, nikoliv jako přílohu Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb.

Požadovanou úpravu zašlete formou návrhu Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb vč. příslušných příloh, podepsanou osobou

oprávněnou jednat za účastníka.

3. Certifikát servisního technika doložte v českém jazyce. V případě cizojazyčné verze doložte včetně prostého překladu do českého jazyka.

4. Dle informace doložené v rámci nabídky nebude prováděna instruktáž personálu. Zadavatel dle zadávací dokumentace požaduje mimo

dodávky, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu, provedení validace po instalaci také provedení instruktáže

personálu, vč. záznamu o provedené instruktáži. Požádám tedy o objasnění uvedené informace.

5. Doložení splnění technických požadavků u těchto bodů:

- LB pro TO (nabízený typ Mars 1500)

o Hepa filtry splňují ČSN EN 1822-1

o Laminární box musí mít třídu čistoty v pracovním prostoru minimálně třídy ISO4 dle ČSN EN ISO 14644-1 (tř. A dle GMP)

o Laminární box musí mít nerezovou, vyjímatelnou pracovní plochu

o Laminární box musí mít vyjímatelné opěrky na ruce nad předním okrajem pracovní plochy zamezující opření ruky o plochu v místě sání

vzduchu

o Laminární box musí mít výšku pracovního otvoru minimálně 200 mm při pozici okna v pracovní poloze a minimálně 450 mm při úplném

otevření

o Laminární box musí mít zkosení předního okna v rozmezí minimálně od 7 do minimálně 12 stupňů.

o Každá boční stěna laminárního boxu musí být osazená nejméně dvěma průchodkami

o Laminární box musí mít displej zobrazující parametry - stav filtrů a chybná pozice okna

o V nabídce uvedeno „Předfiltr prachový pro MARS 1800“ pro nabízený typ Mars 1500

- LB pro ÚI (větší 1800 x 700 x 740) (nabízený typ Mars 1800)

o Hepa filtry splňují ČSN EN 1822-1

o Laminární box musí mít třídu čistoty v pracovním prostoru minimálně třídy ISO4 dle ČSN EN ISO 14644-1 (tř. A dle GMP)

o Laminární box musí mít dva nezávisle řízené ventilátory jeden hlavní a druhý výstupní s možností nezávislého nastavení rychlosti proudění

s automatickou kompenzací stavu filtrů - kontinuální monitorování stavu a životnosti filtrů

o Laminární box musí mít podtlakovou ochranu kontaminovaného prostoru

o Laminární box musí mít nerezovou, vyjímatelnou pracovní plochu

o Laminární box musí mít alespoň 2 vyjímatelné opěrky na ruce nad předním okrajem pracovní plochy zamezující opření ruky o plochu v

místě sání vzduchu

o Laminární box musí mít výšku pracovního otvoru minimálně 200 mm při pozici okna v pracovní poloze a minimálně 450 mm při úplném

otevření

o Laminární box musí mít podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy v rozsahu minimálně od 750 mm do minimálně 920 mm

- Součástí dodávky je stojan v rozsahu 750 mm až 900 mm

o Laminární box musí mít zkosení předního okna v rozmezí minimálně od 7 do minimálně 12 stupňů.

o Laminární box musí mít minimálně čtyři elektrické zásuvky na zadní straně uvnitř boxu

o Laminární box musí mít displej zobrazující parametry - stav filtrů a chybná pozice okna

- LB pro ÚI (menší 1200 x 644 x 700) (nabízený typ Fortuna 1200)

o Hepa filtry splňují ČSN EN 1822-1

o Laminární box musí mít třídu čistoty v pracovním prostoru minimálně třídy ISO4 dle ČSN EN ISO 14644-1 (tř. A dle GMP)

o Laminární box musí mít prachový předfiltr G3 pod pracovní plochou

o Laminární box musí mít podtlakovou ochranu kontaminovaného prostoru

o Laminární box musí mít nerezovou, vyjímatelnou pracovní plochu

o Laminární box musí mít vyjímatelné opěrky na ruce nad předním okrajem pracovní plochy zamezující opření ruky o plochu v místě sání

vzduchu

o Laminární box musí mít výšku pracovního otvoru min. 250 mm při pozici okna v pracovní poloze

- V nabídce uvádějí „výška pracovního otvoru pod oknem: 350 mm, volitelně 550 mm“

o Laminární box musí mít zkosení předního okna minimálně 7 st.

o Laminární box musí mít minimálně 2 elektrické zásuvky instalované na zadní straně uvnitř boxu

o Laminární box musí mít miskovou nerezovou pracovní plochu. (zpracování kapalných vzorků)

K ověření splnění požadovaných technickým podmínek prosím doložte technickou dokumentaci včetně informace, kde je možné toto splnění ověřit.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 07.04.2022 prostřednictvím

elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji za spolupráci.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 443 906

E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno 07.04.2022 11:55:43

Typ zprávy Odpověď

Číslo jednací

ID zprávy 2486320

Zakázka VZ0133701 - Laminární boxy II

Přílohy

dokument 9b_Technický list Mars 1500.rtf

07.04.2022 11:55:43

6,8 MB

[Stáhnout](#)

dokument 3_Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy_podepsáno.pdf

07.04.2022 11:55:44

299,9 kB

[Stáhnout](#)

dokument 7_certifikát servisního technika_prostý překlad.pdf

07.04.2022 11:55:45

100,1 kB

Seznam filtrů.pdf

07.04.2022

11:55:45

[Stáhnout](#)

107,7 kB

[Stáhnout](#)

dokument 8_Čestná prohlášení__podepsáno.pdf

07.04.2022 11:55:46

279,4 kB

[Stáhnout](#)

dokument 9a_Technický list Fortuna 1200.rtf

07.04.2022 11:55:46

379,4 kB

[Stáhnout](#)

dokument 7_certifikát servisního technika_originál.pdf

07.04.2022 11:55:47

305,7 kB

[Stáhnout](#)

dokument 9c_Technický list Mars 1800.rtf

07.04.2022 11:55:47

2,3 MB

[Stáhnout](#)

dokument 4_Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb_podepsáno.pdf

07.04.2022 11:55:48

416,6 kB

[Stáhnout](#)