



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

DATUM: 29-04-2022

Veřejná zakázka:
„Laminární boxy II“
(VZ-2022-000120)

Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel na základě posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele v otevřeném nadlimitním řízení níže uvedenému dodavateli

TRIGON PLUS s.r.o

Identifikace vítězného dodavatele

Název: TRIGON PLUS s.r.o.
Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 463 50 110

Zpráva o hodnocení nabídek v příloze

Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení vybraným dodavatelem je podmínkou uzavření smlouvy:

- ✓ výpis z evidence Rejstříků trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- ✓ potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- ✓ písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- ✓ písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- ✓ potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- ✓ výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
- ✓ výpisu z obchodního rejstříku, ve vztahu k § 77 odst. 1
- ✓ čestného prohlášení osoby oprávněné provádět servis přístrojů, ve vztahu k § 77 odst. 2 písm. c)

Vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně ověřené kopie požadovaných dokladů, pokud nebyly předloženy již v nabídce. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Doklady k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti lze prokázat předložením originálu nebo úředně ověřené kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Veškeré doklady musí být předloženy v elektronické podobě, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaný konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Požadované zašlete na email zakazky@fnol.cz nebo prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Poučení o lhůtě pro podání námitek dle § 242 odst. 2:

Námítky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Poučení o zákazu uzavření smlouvy § 246 odst. 1:

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele.

Přílohy: Písemná zpráva o hodnocení nabídek

I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 111

fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 36334811/0710

IČ: 06098892
DIČ: CZ00098892

Ing. Pavel Dočkal
63358



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„Laminární boxy II“

(VZ-2022-000120)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Členové hodnotící komise:

1. prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
2. Mgr. Romana Vymětalová
3. Ing. Vladimír Olejníček
4. Ing. Nela Skulová
5. Ing. Radim Zemánek
6. Ing. Jitka Mokrášová
7. Roman Schwarz
8. Mgr. Zuzana Tomčíková
9. Ing. Pavel Dočkal

Do této veřejné zakázky byla podána jediná (1) nabídka, a to od společnosti **TRIGON PLUS s.r.o.**

Údaje z přijaté nabídky, které jsou předmětem hodnocení:

Identifikace účastníka zadávacího řízení		TRIGON PLUS s.r.o. Západní 93, 251 01 Čestlice IČO: 46350110	
Celková nabídková cena v Kč bez DPH		808 300,-	
Celkový počet získaných bodů za hodnocené parametry		40	
Hodnocené parametry		Údaje z nabídky o splnění	Počet získaných bodů
Požadavek	Počet bodů		
1 ks laminární box pro Transfuzní oddělení	Ano/Ne		
Laminární box musí mít v rámci pracovní plochy odpadní tubus průměr 120 mm umístěný v přední části pracovní plochy	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO	10



Laminární box musí mít miskovou nerezovou pracovní plochu. (zpracování kapalných vzorků)	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO	10
1 ks laminární box pro Ústav Imunologie	Ano/Ne		
Laminární box musí mít miskovou pracovní plochu. (zpracování kapalných vzorků)	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO	10
1 ks laminární box s vertikálním prouděním pro Ústav Imunologie	Ano/Ne		
Laminární box musí mít v rámci pracovní plochy odpadní tubus průměr 120 mm umístěný v přední části pracovní plochy	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO	10

Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole přijaté nabídky byly zjištěny nejasnosti v nabídce, a na základě toho byla společnost **TRIGON PLUS s.r.o. dne 31.03.2022** požádána o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Kupní smlouva - čl. III, odst.1, 2 - upřesněte dobu dodání a předání - (tý)dnů. Požadovanou úpravu zašlete formou návrhu kupní smlouvy vč. příslušných příloh, podepsanou osobou oprávněnou jednat za účastníka.

2. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb:

- v případě, že se neprovádí pravidelný servisní zásah (tak jak je uvedeno v nabídce), uveďte pouze "NEPROVÁDÍ SE", náklady na validaci jsou samostatně uvedeny.

- příloha č. 2 Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb je Seznam spotřebního materiálu – spotřební materiál potřebný k provedení servisu v rámci pravidelných preventivních prohlídek stanovených výrobcem zařízení nebo příslušnými právními předpisy, nikoliv tedy seznam filtrů. Požádám tedy o úpravu této přílohy, v případě, že k uvedenému není potřeba spotřební materiál, uveďte.

Seznam filtrů doložte jako samostatnou přílohu, nikoliv jako přílohu Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb.

Požadovanou úpravu zašlete formou návrhu Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb vč. příslušných příloh, podepsanou osobou oprávněnou jednat za účastníka.

3. Certifikát servisního technika doložte v českém jazyce. V případě cizojazyčné verze doložte včetně prostého překladu do českého jazyka).

4. Dle informace doložené v rámci nabídky nebude prováděna instruktáž personálu. Zadavatel dle zadávací dokumentace požaduje mimo dodávky, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu, provedení validace po instalaci také provedení instruktáže personálu, vč. záznamu o provedené instruktáži. Žádáme tedy o objasnění uvedené informace.

5. Doložení splnění technických požadavků u těchto bodů:

• LB pro TO (nabízený typ Mars 1500)

o Hepa filtry splňují ČSN EN 1822-1

o Laminární box musí mít třídu čistoty v pracovním prostoru minimálně třídy ISO4 dle ČSN EN ISO 14644-1 (tř. A dle GMP)

o Laminární box musí mít nerezovou, vyjímatelnou pracovní plochu



- o Laminární box musí mít vyjímatelné opěrky na ruce nad předním okrajem pracovní plochy zamezující opření ruky o plochu v místě sání vzduchu
- o Laminární box musí mít výšku pracovního otvoru minimálně 200 mm při pozici okna v pracovní poloze a minimálně 450 mm při úplném otevření
- o Laminární box musí mít zkosení předního okna v rozmezí minimálně od 7 do minimálně 12 stupňů.
- o Každá boční stěna laminárního boxu musí být osazena nejméně dvěma průchodkami
- o Laminární box musí mít displej zobrazující parametry – stav filtrů a chybná pozice okna
- o V nabídce uvedeno „Předfiltr prachový pro MARS 1800“ pro nabízený typ Mars 1500

- LB pro ÚI (větší 1800 x 700 x 740) (nabízený typ Mars 1800)

- o Hepa filtry splňují ČSN EN 1822-1
- o Laminární box musí mít třídu čistoty v pracovním prostoru minimálně třídy ISO4 dle ČSN EN ISO 14644-1 (tř. A dle GMP)
- o Laminární box musí mít dva nezávisle řízené ventilátory jeden hlavní a druhý výstupní s možností nezávislého nastavení rychlosti proudění s automatickou kompenzací stavu filtrů – kontinuální monitorování stavu a životnosti filtrů
- o Laminární box musí mít podtlakovou ochranu kontaminovaného prostoru
- o Laminární box musí mít nerezovou, vyjímatelnou pracovní plochu
- o Laminární box musí mít alespoň 2 vyjímatelné opěrky na ruce nad předním okrajem pracovní plochy zamezující opření ruky o plochu v místě sání vzduchu
- o Laminární box musí mít výšku pracovního otvoru minimálně 200 mm při pozici okna v pracovní poloze a minimálně 450 mm při úplném otevření
- o Laminární box musí mít podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy v rozsahu minimálně od 750 mm do minimálně 920 mm
- Součástí dodávky je stojan v rozsahu 750 mm až 900 mm

- o Laminární box musí mít zkosení předního okna v rozmezí minimálně od 7 do minimálně 12 stupňů.
- o Laminární box musí mít minimálně čtyři elektrické zásuvky na zadní straně uvnitř boxu
- o Laminární box musí mít displej zobrazující parametry – stav filtrů a chybná pozice okna

- LB pro ÚI (menší 1200 x 644 x 700) (nabízený typ Fortuna 1200)

- o Hepa filtry splňují ČSN EN 1822-1
- o Laminární box musí mít třídu čistoty v pracovním prostoru minimálně třídy ISO4 dle ČSN EN ISO 14644-1 (tř. A dle GMP)
- o Laminární box musí mít prachový předfiltr G3 pod pracovní plochou
- o Laminární box musí mít podtlakovou ochranu kontaminovaného prostoru
- o Laminární box musí mít nerezovou, vyjímatelnou pracovní plochu
- o Laminární box musí mít vyjímatelné opěrky na ruce nad předním okrajem pracovní plochy zamezující opření ruky o plochu v místě sání vzduchu
- o Laminární box musí mít výšku pracovního otvoru min. 250 mm při pozici okna v pracovní poloze – V nabídce uvedeno „výška pracovního otvoru pod oknem: 350 mm, volitelně 550 mm“
- o Laminární box musí mít zkosení předního okna minimálně 7 st.
- o Laminární box musí mít minimálně 2 elektrické zásuvky instalované na zadní straně uvnitř boxu
- o Laminární box musí mít miskovou nerezovou pracovní plochu. (zpracování kapalných vzorků)

K ověření splnění požadovaných technických podmínek prosím doložte technickou dokumentaci včetně informace, kde je možné toto splnění ověřit.



Společnost **TRIGON PLUS s.r.o.** dne **07.04.2022** v rámci své odpovědi doložila níže uvedené:

1. Požadovanou úpravu kupní smlouvy, podepsanou osobou oprávněnou jednat za účastníka, včetně informace, že příloha kupní smlouvy, Příloha č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technická specifikace, byla doložena jako samostatný dokument nabídky: dokument 3a_Příloha č. 1 KS_Položkový seznam a technická specifikace. V rámci objasnění a doplnění nabídky nebyla požadována úprava této přílohy, a z tohoto důvodu nebylo dále vyžadováno doložení předmětné přílohy kupní smlouvy v rámci dalšího objasnění a doplnění nabídky.

2. Požadovanou úpravu Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, podepsanou osobou oprávněnou jednat za účastníka, včetně informace, že příloha Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, Příloha č. 1 – Specifikace předmětu servisu, byla doložena jako samostatný dokument nabídky: dokument 4a_Příloha č. 1 SS_Specifikace předmětu servisu. V rámci objasnění a doplnění nabídky nebyla požadována úprava této přílohy, a z tohoto důvodu nebylo dále vyžadováno doložení předmětné přílohy smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v rámci dalšího objasnění a doplnění nabídky.

Příloha č. 2 této smlouvy – Seznam spotřebního materiálu, byla uvedena do souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Seznam filtrů byl doložen jako samostatná příloha.

3. Byl doložen certifikát servisního technika v českém jazyce.

4. K informaci o provádění instruktáže personálu bylo doloženo čestné prohlášení s uvedením:

Nabízené přístroje: laminární box Mars 1800, Mars 1500, Fortuna 1200 nejsou zdravotnický prostředek dle zákona 268/2014 Sb., pro který by zákon 268/2014 Sb. stanovoval povinnost provést instruktáž a tuto povinnost nestanovil ani výrobce. Z tohoto důvodu nepřikládáme certifikát školitele. Samozřejmostí je v rámci dodávky – instalace boxů, prvotní zaškolení správného ovládání a údržby boxů.

5. K doložení splnění technických požadavků u výše uvedených bodů byla předložena technická dokumentace, a to pro všechny nabízené předměty plnění veřejné zakázky – laminární box Mars 1800, Mars 1500, Fortuna 1200.

Dne 11.04.2022 byla společnost **TRIGON PLUS s.r.o.** dále požádána o doplnění a objasnění nabídky, a to konkrétně o:

- zaslání Prohlášení o shodě k nabízenému předmětu plnění – laminární box Fortuna 1200, a to v prosté kopii, vč. překladu do českého jazyka,
- znovu zaslání přílohy – Seznam filtrů dle požadavku zadávací dokumentace.

Společnost **TRIGON PLUS s.r.o.** dne **12.04.2022** zaslala doplnění a objasnění nabídky v rámci kterého doložila Prohlášení o shodě k nabízenému předmětu plnění – laminární box Fortuna 1200, a to v prosté kopii, vč. překladu do českého jazyka, a přílohu – Seznam filtrů dle požadavku zadávací dokumentace.

Dne 13.04.2022 byla společnost **TRIGON PLUS s.r.o.** dále požádána o doplnění objasnění nabídky, a to konkrétně o:

- v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, kde je uvedena povinnost doložit v rámci prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ výpis z registru SÚKL nebo čestné



prohlášení, že je dodavatel veden v registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem veřejné zakázky s uvedením registračního čísla (originál, ověřená kopie, prostá kopie či scan čestného prohlášení nebo výpisu z registru SÚKL). V případě, že dodavatel uplatňuje některou z výjimek, při kterých nemusí výše uvedenou registraci mít, doloží tuto skutečnost předložením písemného čestného prohlášení.

V rámci doloženého čestného prohlášení jste zadavatele informovali, že nabízené přístroje nejsou zdravotnickým prostředkem dle zákona o zdravotnických prostředcích.

Žádáme tedy o čestné prohlášení k požadovanému prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ s odůvodněním, potvrzením výše uvedeného.

Společnost **TRIGON PLUS s.r.o.** dne **19.04.2022** zaslala doplnění objasnění nabídky v rámci kterého doložila:

- Čestné prohlášení k požadavku doložení výpisu z registru SÚKL, že je dodavatel veden v registru jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem veřejné zakázky, v rámci povinnosti prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ ve kterém informovala, že se pro nabízený předmět plnění veřejné zakázky „Laminární boxy II“ – přístroje: laminární box Mars 1800, Mars 1500, Fortuna 1200, zadavatele Fakultní nemocnice Olomouc, nevztahuje povinnost registrace u SÚKL jako osoby oprávněné provádět servis, protože není zdravotnickým prostředkem dle zákona o zdravotnických prostředcích.

Toto objasnění a doplnění nabídky shledala hodnotící komise jako dostačující a přistoupila k posouzení kvalifikací účastníka **TRIGON PLUS s.r.o.:**

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – el. originál ze dne 15.03.2022

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – el. originál ze dne 15.03.2022

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:**

Čestné prohlášení k povinnosti registrace u SÚKL osoby oprávněné provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem veřejné zakázky – el. originál ze dne 19.04.2022

Hodnotící komise konstatuje, že výše uvedený dodavatel **TRIGON PLUS s.r.o.** splnil základní způsobilost, profesní způsobilost, a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto byl vybrán v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis zdůvodnění rozdílného stanoviska.

