

Declaration of conformity

Prohlášení o shodě

We declare under our responsibility, that the following product:

Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že následující výrobek:

Model: Mars Class II

Size: 900, 1200, 1500, 1800

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s), directives or other normative document(s):

se vztahuje toto prohlášení, je v souladu s následující normou, směrnici nebo jinými normativními dokumenty:

In compliance with:

V souladu s:

EN 12469 - Biotechnology - Performance criteria for microbiological safety cabinets
Biotechnologie - kritéria výkonu pro mikrobiologické bezpečnostní boxy

EN ISO 14644 - Cleanrooms and associated controlled environments
Čisté prostory a související řízená prostředí

EN 61010-1 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - General requirements
Bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení pro měření, regulaci a laboratorní použití
- Všeobecné požadavky

EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 - Electromagnetic compatibility - Generic immunity/emission standard
Elektromagnetická kompatibilita - obecná imunita / emisní norma

EN ISO 11201 - Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními

Following the provisions of:

Podle ustanovení:

2006/42/EC - Machinery Directive, as amended
Směrnice o strojních zařízeních v platném znění

2006/95/EC - Low Voltage Directive, as amended
Směrnice o nízkém napětí, ve znění pozdějších předpisů

2004/108/EC - EMC Directive, as amended
Směrnice EMC, ve znění pozdějších předpisů

2011/65/EU - RoHS Directive
RoHS Směrnice

2012/19/EU - WEEE Directive
WEEE Směrnice

Allerød, November 2018 / Listopad 2018



Rasmus Sørensen
QA Manager
LaboGene A/S, Bjarkesvej 5, 3450 Allerød, Denmark