

Detail zprávy Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace**Zpráva**

Odesílatel Bc. Michal Krampera (D0004992 - GeneTiCA s.r.o.)

Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Část 6

Vzhledem k tomu, že není vyžadováno v technických specifikacích, aby nabízené řešení bylo certifikovaný zdravotnický prostředek, je předpokládáno, že bude akceptováno i řešení, které není certifikovaný zdravotnický prostředek. U přístrojů, které nejsou certifikovaný zdravotnický prostředek se neprovádí bezpečnostně technické kontroly. Bude proto akceptován návrh na změnu technických specifikací a návrhu smlouvy? Konkrétně u technických specifikací: „Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákonem 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)“, změna části III. bodu 2. v návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb „Provádění pravidelných předepsaných preventivních kontrol, včetně elektrické kontroly, předmětu servisu vč. Přístrojového vybavení, jeho součástí a příslušenství v souladu s platnou legislativou. Prohlídku je poskytovatel povinen provést v periodě 1 za rok, vždy nepozději do 5 dnů před uplynutím platnosti předchozí kontroly.“, změna části III. bodu 2 „Instruktáž personálu“, změna části VI. Bodu 2.d) „celkový náklad na jednotlivou preventivní kontrolu (včetně elektrické kontroly) dle článku III. Této smlouvy 28 940Kč bez DPH“ a změna části VI. Bodu 2.g) „celkový náklad na jednotlivou instruktáž personálu dle článku III. Této smlouvy 10 900 Kč bez DPH“.

Doplňující údaje

Odesláno 18.05.2022 16:14:59

Typ zprávy Zpráva zadavateli zakázky

Číslo jednací

ID zprávy 2583292

Zakázka VZ0139199 - PCR