

Detail zprávy Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky - část VI.**Zpráva**

Odesílatel Bc. Michal Krampera (D0004992 - GeneTiCA s.r.o.)

Předmět Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky - část VI.

Dobrý den,

- 1) návrh kupní smlouvy v příloze
- 2) Smlouva o provádění komplexních servisních služeb v příloze
- 3) Elektrická revize není vyžadována výrobcem.
- 4) Kupní smlouva spotřební materiál v příloze včetně přílohy Seznam reagentů.
- 5) Příloha č. 2 – příloha krycího listu nabídkové ceny – nesoulad u výpočtu cen vč. DPH u spotřebního materiálu – žádáme o objasnění

nesouladu: Výpočet analýz vychází ze zadávací dokumentace tj. 4 000 analýz ročně respektive 32 000 analýz za 8 let. Příloha č. 1 Kupní

smlouvy spotřební materiál obsahuje modelový výpočet analýz vycházející z rozpočtení nákladů bez DPH na 1 analýzu. Zasílaná příloha č.1

Návrhu kupní smlouvy spotřební materiál zohledňuje objasnění nesouladu nákladů.

+ příloha Návrh kupní smlouvy spotřební materiál

- 6) originál certifikátu včetně překladu v příloze
- 7) prohlášení o shodě v příloze

Michal Krampera

Dne 20.06.2022 13:25:08 odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,

děkujeme za podanou nabídku.

V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Kupní smlouva

- čl. III., odst. 1 a 2 smlouvy – upřesnění doby dodání a uvedení do provozu – týdny či dny

Požadované zašlete formou návrhu kupní smlouvy vč. všech příslušných příloh a podpisu smlouvy osobou oprávněnou.

2. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb:

- čl. VI. Cena a platební podmínky – odst. 2 body d) a f) - doplnit

- příloha č. 1 – Specifikace předmětu servisu rozpis veškerého nabídnutého předmětu plnění, a to včetně požadovaného příslušenství (součást dodávky)

Požadované zašlete formou návrhu Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb vč. příslušných příloh a podpisu smlouvy osobou oprávněnou.

3. Doložení informace o provádění elektrické revize.

4. Kupní smlouva spotřební materiál:

- příloha č. 1 – chybně uvedený počet analýz za 8 let (náklady)

- doložení položkového seznamu včetně cen veškerého spotřebního/opotřebitelného materiálu, a včetně způsobu stanovení celkové nabídkové ceny za tento spotřební/opotřebitelný materiál ve formátu .xls; xlsx

5. Příloha č. 2 – příloha krycího listu nabídkové ceny – nesoulad u výpočtu cen vč. DPH u spotřebního materiálu – požádáme o objasnění nesouladu a znovu zaslání přílohy č. 2 (vzor dokumentu zadávací dokumentace), a to včetně formátu .xls; xlsx.

Zadavatel upozorňuje, že celková nabídková v Kč bez DPH nesmí být změněna.

6. Doložení certifikátu školitele vystaveného výrobcem v českém jazyce.

7. Doložení prohlášení o shodě nabídnutých zařízení – prostá kopie včetně překladu do českého jazyka.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 24.06.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji za spolupráci.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 443 906

E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno 23.06.2022 10:27:26

Typ zprávy Odpověď

Číslo jednací

ID zprávy 2660240

Zakázka VZ0139199 - PCR

Přílohy

seznam reagentů.xlsx

23.06.2022 10:27:26

11 kB

[Stáhnout](#)

Příloha č. 2 - Příloha krycího listu nabídkové ceny_část I. až VI.xlsx

23.06.2022 10:27:27

52 kB

[Stáhnout](#)

Příloha č. 4b - Návrh kupní smlouvy (část II. až VI.).pdf

23.06.2022 10:27:27

663,3 kB

[Stáhnout](#)

certifikát školitele CZ.pdf

23.06.2022 10:27:28

243,6 kB

[Stáhnout](#)

Příloha č. 5d - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb (část VI.).pdf

23.06.2022 10:27:29

455,8 kB

[Stáhnout](#)

Příloha č. 6b - Návrh kupní smlouvy na spotřební materiál (část VI.).pdf

23.06.2022 10:27:29

367,8 kB

[Stáhnout](#)

certifikát školitele ENG.pdf

prohlášení o shodě.pdf

23.06.2022 10:27:30

1 MB

[Stáhnout](#)

23.06.2022 10:27:31

341,6 kB

[Stáhnout](#)