

**Detail zprávy Re: Žádost o doplnění objasnění nabídky - část VI.****Zpráva**

Odesílatel Bc. Michal Krampera (D0004992 - GeneTiCA s.r.o.)

Předmět Re: Žádost o doplnění objasnění nabídky - část VI.

Dobrý den,

v příloze posílám požadované doklady.

Michal Krampera

Dne 08.07.2022 07:43:39 odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,

děkujeme za objasnění a doplnění nabídky k části VI. této veřejné zakázky zaslaného dne 23.06.'22.

Na základě obdržených informací vás požádáme o doplnění, a to konkrétně:

1. Požádáme o informaci, zda bude v rámci BTK (bezpečnostně - technické kontrola) prováděna elektrická kontrola zařízení, a jednou za 8 let el. revize (revize dle zákona, dle doloženého prohlášení o shodě se domníváme, že se nejedná o ZP (IVD)).

2. Doložení dokladu o registraci, popř. minimálně potvrzení podání žádosti o registraci, nabízeného zdravotnického prostředku v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích nebo odůvodnění ve formě čestného prohlášení, proč daná registrace není dokládána (je uplatněna některá z výjimek, při kterých nemusí tato registraci být).

3. Doložení splnění podmínky profesní způsobilosti - Zadavatel dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje doložení výpisu z registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem veřejné zakázky s uvedením registračního čísla (originál, ověřená kopie, prostá kopie či scan čestného prohlášení nebo výpisu z registru SÚKL).

V případě, že je uplatňována některá z výjimek, při kterých výše požadovaná registrace nemusí být (bod 2, 3), doložte toto ve formě čestného prohlášení.

4. Příloha č. 2 – příloha krycího listu nabídkové ceny – nesoulad u výpočtu cen vč. DPH u spotřebního materiálu – požádáme o objasnění nesouladu a znovu zaslání přílohy č. 2.

Zadavatel upozorňuje, že celková nabídková v Kč bez DPH nesmí být změněna.

5. Znovu doložení položkového seznamu včetně cen veškerého spotřebního/opotřebitelného materiálu, a včetně způsobu stanovení celkové nabídkové ceny za tento spotřební/opotřebitelný materiál ve formátu .xls; xlsx, s uvedením cen včetně DPH u nákladu na 1 analýzu, u nákladů na 4000 analýz (1rok), a u nákladů za 8 let.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 13.07.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji.

Kristýna Zdražilová  
oddělení veřejných zakázek

---

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc  
Tel.: +420 588 443 906  
E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz  
web: www.fnol.cz

## Doplňující údaje

Odesláno 12.07.2022 18:49:35

Typ zprávy Odpověď

Číslo jednací

ID zprávy 2697937

Zakázka VZ0139199 - PCR

## Přílohy

Příloha č. 6b - Návrh kupní smlouvy na spotřební materiál (část VI.).pdf

12.07.2022 18:49:35

368,3 kB

[Stáhnout](#)

Příloha č. 2 - Příloha krycího listu nabídkové ceny\_část I. až VI.pdf

12.07.2022 18:49:36

263,7 kB

[Stáhnout](#)

GeneTiCA\_2022 LoA.pdf

12.07.2022 18:49:36

875,8 kB

[Stáhnout](#)

Vysvětlení.docx

12.07.2022

18:49:37

15,6 kB

[Stáhnout](#)

ČP zdravotnický prostředek.pdf

12.07.2022 18:49:37

213,7 kB

[Stáhnout](#)