

Detail zprávy Re: Re: Žádost o doplnění objasnění nabídky - část VI.**Zpráva**

Odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)

Předmět Re: Re: Žádost o doplnění objasnění nabídky - část VI.

Dobrý den,

děkujeme za doplnění objasnění nabídky k části VI. této veřejné zakázky zaslaného dne 12.07.2022.

Dovolím si vás požádat o doložení požadovaného položkového seznamu včetně cen veškerého spotřebního/opotřebitelného materiálu, a včetně způsobu stanovení celkové nabídkové ceny za tento spotřební/opotřebitelný materiál ve formátu .xls; .xlsx, se zapracováním úprav dle doloženého objasnění.

Položkový seznam včetně cen ve formátu .xls; .xlsx je požadavkem zadávací dokumentace.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete do 15.07.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 588 443 906
E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz
web: www.fnol.cz

Dne 12.07.2022 18:49:35 odesílatel Bc. Michal Krampera (D0004992 - GeneTiCA s.r.o.) napsal:

Dobrý den,

v příloze posílám požadované doklady.

Michal Krampera

Dne 08.07.2022 07:43:39 odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,

děkujeme za objasnění a doplnění nabídky k části VI. této veřejné zakázky zaslaného dne 23.06.'22.

Na základě obdržených informací vás požádáme o doplnění, a to konkrétně:

1. Požádáme o informaci, zda bude v rámci BTK (bezpečnostně - technické kontrola) prováděna elektrická kontrola zařízení, a jednou za 8 let el. revize (revize dle zákona, dle doloženého prohlášení o shodě se domníváme, že se nejedná o ZP (IVD)).

2. Doložení dokladu o registraci, popř. minimálně potvrzení podání žádosti o registraci, nabízeného zdravotnického prostředku v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích nebo odůvodnění ve formě čestného prohlášení, proč daná registrace není dokládána (je uplatněna některá z výjimek, při kterých nemusí tato registraci být).

3. Doložení splnění podmínky profesní způsobilosti - Zadavatel dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje doložení výpisu z registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem veřejné zakázky s uvedením registračního čísla (originál, ověřená kopie, prostá kopie či scan čestného prohlášení nebo výpisu z registru SÚKL).

V případě, že je uplatňována některá z výjimek, při kterých výše požadovaná registrace nemusí být (bod 2, 3), doložte toto ve formě čestného prohlášení.

4. Příloha č. 2 – příloha krycího listu nabídkové ceny – nesoulad u výpočtu cen vč. DPH u spotřebního materiálu – požádáme o objasnění nesouladu a znovu zaslání přílohy č. 2.
Zadavatel upozorňuje, že celková nabídková v Kč bez DPH nesmí být změněna.

5. Znovu doložení položkového seznamu včetně cen veškerého spotřebního/opotřebitelného materiálu, a včetně způsobu stanovení celkové nabídkové ceny za tento spotřební/opotřebitelný

materiál ve formátu .xls; xlsx, s uvedením cen včetně DPH u nákladu na 1 analýzu, u nákladů na 4000 analýz (1rok), a u nákladů za 8 let.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 13.07.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji.

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 588 443 906
E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz
web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno 14.07.2022 09:13:29

Typ zprávy Odpověď

Číslo jednací

ID zprávy 2701410

Zakázka VZ0139199 - PCR

Příjemci zprávy

Jméno a příjmení	Úřední název organizace	Přečteno ▼	Datum a čas doručení	Doručeno v okamžiku odeslání
	GeneTiCA s.r.o.		14.07.2022 09:13:29	Ano

1 záznam