



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle ustanovení § 217 odstavec 1 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném řízení podle § 56 ZZVZ

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„Digitální morfologie“
(VZ-2022-000847)

ZADAVATEL:	Fakultní nemocnice Olomouc
Sídlo :	I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Právní forma:	státní příspěvková organizace, kód 331
IČ:	00098892
DIČ:	CZ00098892
Statutární orgán:	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

1. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu digitální morfologie pro Hemato-Onkologickou Kliniku Fakultní nemocnice Olomouc, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Ceny sjednané ve smlouvě

Kupní smlouva

Celková kupní cena: 4 314 715,00 Kč bez DPH

Smlouva o provádění komplexních servisních služeb

Hodinová sazba servisního technika:	1 850,00 Kč bez DPH
Cestovní náklady:	2 850,00 Kč bez DPH
Jednotlivá periodická BTK (včetně elektrické kontroly):	7 300,00 Kč bez DPH
Jednotlivá periodická prohlídka:	21 219,00 Kč bez DPH
Jednotlivá instruktáž personálu:	1 850,00 Kč bez DPH

2. Identifikační údaje dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva

Název:	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Sídlo:	Juárezova 1071/17, Bubeněč, 160 00 Praha 6
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	250 99 019

Společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. splnila základní způsobilost, profesní způsobilost a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, proto byla v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ vybrána k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.



Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem byla oběma smluvními stranami **dne 25.11.2022** uzavřena Kupní smlouva a Smlouva o provádění komplexních servisních služeb.

3. Identifikační údaje poddodavatele dodavatele

Název: SYSMEX CZ s.r.o.
Sídlo: Elgartova 683/4, Husovice, 614 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 277 52 356

4. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku

Název: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Sídlo: Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Právní forma: akciová společnost
IČ: 250 99 019
Celková nabídková cena: 4 643 193,00 Kč bez DPH

Název: Siemens Healthcare, s.r.o.
Sídlo: Budějovická 779/3b, Michle, 140 00 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 041 79 960
Celková nabídková cena: 6 640 000,00 Kč bez DPH

5. Seznam účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni a důvod jejich vyloučení

Název: Siemens Healthcare, s.r.o.
Sídlo: Budějovická 779/3b, Michle, 140 00 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 041 79 960

Zadavatel dne 31.10.2022 v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučil nabídku společnosti z další účasti v zadávacím řízení, a to pro nesplnění zadávacích podmínek.

Vlastním důvodem pro vyloučení nabídky do výše uvedené veřejné zakázky bylo nesplnění minimálních technických požadavků. Zadavatel v rámci splnění minimálních technických podmínek požadoval mimo jiného:

Technická specifikace	ANO / NE	poznámky *
Na náklady dodavatele zajištění propojení SW klientské stanice s Extended-IPU za účelem zobrazení číselných a grafických výstupů (výsledků) včetně hlášek analyzátoru (slovních komentářů) bez nutnosti zakoupení dalších licencí a paralelní přenos demografických dat o pacientovi a jeho aktuálně vyšetřených hodnot parametru krevního obrazu - leukocytů, erytrocytů a hematokritu z krevního analyzátoru Sysmex řady XN do systému digitální morfologie pro hodnocení červené řady a automatického provedení přednastavené analýzy leukocytů: 1) rozmezí WBC od $1,1 \times 10^9/L$ do $19,9 \times 10^9/L$ diferenciací minimálně na 100 buněk 2) WBC nad $20 \times 10^9/L$ diferenciací minimálně na 200 buněk 3) WBC pod $1 \times 10^9/L$ pro diferenciací minimálně na 50 buněk, analyzovat dvě různá sklíčka s výsledným součtem obou skel		



Automatické zálohování a uchovávání primárních dat na diskové pole včetně pravidelného ověření správné funkce tohoto diskového pole (1x ročně). Na pracovišti je diskové pole od firmy Sysmex o velikosti 4x1 TB nebo dodavatel dodá vlastní diskové pole na vlastní náklady.		
Dodávka zahrnuje SW - nástavbovou aplikaci pro výuku (minimálně 7letá licence pro 5 účastníků - uživatelů).		

V příloze č. 3 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek, předložené v rámci nabídky bylo uvedeno „NE“ ve sloupci pro doplnění informace, zda je dodavatelem minimální technická podmínka splněna (ANO) či nesplněna (NE).

Technická specifikace	ANO / NE	poznámky *
Na náklady dodavatele zajištění propojení SW klientské stanice s Extended-IPU za účelem zobrazení číselných a grafických výstupů (výsledků) včetně hlášek analyzátoru (slovních komentářů) bez nutnosti zakoupení dalších licencí a paralelní přenos demografických dat o pacientovi a jeho aktuálně vyšetřených hodnot parametru krevního obrazu - leukocytů, erytrocytů a hematokritu z krevního analyzátoru Sysmex řady XN do systému digitální morfologie pro hodnocení červené řady a automatického provedení přednastavené analýzy leukocytů: 1) rozmezí WBC od 1,1 x 10 ⁹ /L do 19,9 x 10 ⁹ /L diferenciací minimálně na 100 buněk 2) WBC nad 20 x 10 ⁹ /L diferenciací minimálně na 200 buněk 3) WBC pod 1 x 10 ⁹ /L pro diferenciací minimálně na 50 buněk, analyzovat dvě různá sklíčka s výsledným součtem obou skel	NE	
Automatické zálohování a uchovávání primárních dat na diskové pole včetně pravidelného ověření správné funkce tohoto diskového pole (1x ročně). Na pracovišti je diskové pole od firmy Sysmex o velikosti 4x1 TB nebo dodavatel dodá vlastní diskové pole na vlastní náklady.	NE	
Dodávka zahrnuje SW - nástavbovou aplikaci pro výuku (minimálně 7letá licence pro 5 účastníků - uživatelů).	NE	

6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním / jednacího řízení bez uveřejnění / řízení se soutěžním dialogem ///

7. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu ///

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému ///

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků ///

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

Zadavateli nejsou známy žádné osoby, u kterých by byl zjištěn střet zájmů v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

11. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepostupoval dle ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ.

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části. S ohledem na předmět plnění a stanovené technické podmínky veřejné zakázky nebylo účelné ani hospodárné veřejnou zakázku rozdělit na části.

V Olomouci dne 02-12-2022

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, tel. 588 443 138
Oddělení veřejných zakázek

Ing. Pavel Dočkal
na základě plné moci

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel, z pozice statutárního orgánu za zmocnítele Fakultní nemocnici Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc -- Nová Ulice, IČ 00098892, tímto v souladu s ustanovením § 441 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku **zmocňuji** účinností od 1. 11. 2017 zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc:

Ing. Pavla Dočkala, [REDACTED]
[REDACTED]

k jednání a zastupování Fakultní nemocnice Olomouc při podepisování jmenování komisí ve veřejných zakázkách a dále k podpisu písemných zpráv zadavatele.


Oprávnění zmocněnce vyplývající z tohoto pověření trvá do okamžiku jeho ukončení způsobem dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ukončením pracovního poměru mezi zmocnitelem a zmocněncem v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

V Olomouci dne 30.10. 2017



.....
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Zmocnění přijímám:



.....
Ing. Pavel Dočkal

