

V Olomouci 03.10.2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem „Digitální morfologie“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 30.09.2022

Žádost o vysvětlení ZD

Zadavatel v návrhu smlouvy o provádění komplexní servisních služeb požaduje provádění standardního "upgrade" předmětu servisu vč. přístrojového vybavení, jeho součástí a příslušenství, a to včetně "upgrade" softwaru, to vše v rozsahu dle aktuálního rozvoje technologií. Upgrade přístrojů a upgrade software je vždy pro uživatele volitelné rozšíření přístrojového vybavení a je nad rámec klasických servisních zásahů. Navrhujeme změnu na "update".

Odpověď k žádosti – vysvětlení:

Zadavatel pod pojmem upgrade vnímá povinné provádění bezpečnostní aktualizace zdarma po dobu servisní podpory. Tazatel správně uvádí, že případné upgrady HW i SW nad rámec bezpečnostních aktualizací si uživatel hradí na základě schválených cenových nabídek dodavatele.