



Datum: 31-10-2022

Siemens Healthcare, s.r.o.
Budějovická 779/3b, Michle
140 00 Praha 4

Veřejná zakázka:

„Digitální morfologie“
(VZ-2022-000847)

Rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení

Zadavatel tímto v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) vylučuje společnost Siemens Healthcare, s.r.o. z další účasti v zadávacím řízení, a to pro nesplnění zadávacích podmínek.

Odůvodnění:

Důvodem pro vyloučení nabídky společnosti Siemens Healthcare, s.r.o. do výše uvedené veřejné zakázky je nesplnění minimálních technických požadavků. Zadavatel v rámci splnění minimálních technických podmínek požadoval mimo jiného:

Technická specifikace	ANO / NE	poznámky *
Na náklady dodavatele zajištění propojení SW klientské stanice s Extended-IPU za účelem zobrazení číselných a grafických výstupů (výsledků) včetně hlášek analyzátoru (slovních komentářů) bez nutnosti zakoupení dalších licencí a paralelní přenos demografických dat o pacientovi a jeho aktuálně vyšetřených hodnot parametru krevního obrazu - leukocytů, erytrocytů a hematokritu z krevního analyzátoru Sysmex řady XN do systému digitální morfologie pro hodnocení červené řady a automatického provedení přednastavené analýzy leukocytů: 1) rozmezí WBC od 1,1 x 10 ⁹ /L do 19,9 x 10 ⁹ /L diferenciací minimálně na 100 buněk 2) WBC nad 20 x 10 ⁹ /L diferenciací minimálně na 200 buněk 3) WBC pod 1 x 10 ⁹ /L pro diferenciací minimálně na 50 buněk, analyzovat dvě různá sklíčka s výsledným součtem obou skel		
Automatické zálohování a uchovávání primárních dat na diskové pole včetně pravidelného ověření správné funkce tohoto diskového pole (1x ročně). Na pracovišti je diskové pole od firmy Sysmex o velikosti 4x1 TB nebo dodavatel dodá vlastní diskové pole na vlastní náklady.		
Dodávka zahrnuje SW - nástavbovou aplikaci pro výuku (minimálně 7letá licence pro 5 účastníků - uživatelů).		



V příloze č. 3 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek, předložené v rámci nabídky společnosti Siemens Healthcare, s.r.o bylo uvedeno „NE“ ve sloupci pro doplnění informace, zda je dodavatelem minimální technická podmínka splněna (ANO) či nesplněna (NE).

Technická specifikace	ANO / NE	poznámky *
Na náklady dodavatele zajištění propojení SW klientské stanice s Extended-IPU za účelem zobrazení číselných a grafických výstupů (výsledků) včetně hlášek analyzátoru (slovních komentářů) bez nutnosti zakoupení dalších licencí a paralelní přenos demografických dat o pacientovi a jeho aktuálně vyšetřených hodnot parametru krevního obrazu - leukocytů, erytrocytů a hematokritu z krevního analyzátoru Sysmex řady XN do systému digitální morfologie pro hodnocení červené řady a automatického provedení přednastavené analýzy leukocytů: 1) rozmezí WBC od $1,1 \times 10^9/L$ do $19,9 \times 10^9/L$ diferenciací minimálně na 100 buněk 2) WBC nad $20 \times 10^9/L$ diferenciací minimálně na 200 buněk 3) WBC pod $1 \times 10^9/L$ pro diferenciací minimálně na 50 buněk, analyzovat dvě různá skíčka s výsledným součtem obou skel	NE	
Automatické zálohování a uchovávání primárních dat na diskové pole včetně pravidelného ověření správné funkce tohoto diskového pole (1x ročně). Na pracovišti je diskové pole od firmy Sysmex o velikosti 4x1 TB nebo dodavatel dodá vlastní diskové pole na vlastní náklady.	NE	
Dodávka zahrnuje SW - nastavbovou aplikaci pro výuku (minimálně. 7letá licence pro 5 účastníků - uživatelů).	NE	

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Poučení o lhůtě pro podání námitek dle § 242 odst. 2:

Námítky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.