

Přehled doložených/ doplněných údajů

k veřejné zakázce: Spektrofotometry na měření kvality DNA

1. Kupní smlouva:

- čl. II., odst. 1 smlouvy - prosím o přesnou specifikaci předmětu plnění (předmětem veřejné zakázky byly dva kusy spektrofotometrů)

dále, doplnění čl. III. kupní smlouvy - Doba a místo plnění:

- v odst. 1 - uveďte konkrétní dobu - týdny či dny

- v odst. 2 - uveďte konkrétní dobu uvedení předmětu plnění do provozu - týdny či dny

Požádám tedy o znovu zaslání návrhu kupní smlouvy vč. všech příslušných příloh a podpisu smlouvy osobou oprávněnou.

Ad 1) požadované údaje doplněny do kupní smlouvy

2. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb:

- čl. II., odst. 1 smlouvy - prosím o přesnou specifikaci předmětu plnění (předmětem veřejné zakázky byly dva kusy spektrofotometrů)

Požádám tedy o znovu zaslání návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb vč. příslušných příloh a podpisu smlouvy osobou oprávněnou.

Ad 2) požadované údaje doplněny do smlouvy o provádění komplexních služeb

3. Doplnění informace, zda je el. revize součástí prav. servisního zásahu, a pokud ano, uvedení této informace do smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, čl. VI., odst. 2c).

Ad 3) požadovaná informace doplněna do smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, čl. VI., odst. 2e (do odstavce 2c) nebylo možno vepsat)

4. Doložení informace k přístroji Qubit 4 - zda jsou pravidelné servisní zásahy doporučené či vyžadované výrobcem nebo platnou legislativou.

Ad 4) požadovaná informace doplněna dokumenty: dokument 8_Čestná prohlášení a také Manual_Qubit_4_Fluorometer_UG, str. 52

5. Doložení splnění technických podmínek, konkrétně těchto bodů:

- Přístroj musí mít metodu array CGH (měření koncentrace naznačené DNA barvami Cy3 a Cy5)
- Fluorometr musí mít integrovaný systém pro kalkulaci objemu reagentů (barvivo, pufr a další) v přípravné fázi analýzy
- Fluorometr musí mít nastavení výstupních jednotek měření koncentrací (minimálně ng/μl, ng/ml, μg/μl)
- Detekční sensitivita fluorometru musí být min. 10 pg/μl pro dsDNA a min.100 pg/ μl pro RNA
- Fluorometr se musí kalibrovat pomocí dvoubodové kalibrace

- Fluorometr musí mít dynamický rozsah min. 5 řádů

a to formou technické dokumentace a určení, kde je možné v této dokumentaci splnění požadovaných technických podmínek ověřit.

Ad 5) požadované údaje doloženy následujícími dokumenty: Doložení splnění technických podmínek, Manual_Qubit_4_Fluorometer_UG a dokument 9b_techická dokumentace_prospekt_qubit-4-flyer

6. Dle informace doložené v rámci nabídky nebude prováděna instruktáž personálu. Zadavatel dle zadávací dokumentace požaduje mimo

dodávky, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu, také provedení instruktáže personálu. Požádám tedy o objasnění uvedené informace.

Ad 6) Objasnění výše uvedené informace uvedeno v dokumentu: dokument 8_Čestná prohlášení

7. Doložení dokladu o registraci, popř. minimálně potvrzení podání žádosti o registraci, nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdrav. prostředcích. Pokud se na nabízený předmět tato povinnost nevztahuje, doložte tuto skutečnost s odůvodněním formou čestného prohlášení.

Ad 7) výše uvedená skutečnost byla doložena již při podání nabídky. Pro pořádek uvádíme ještě jednou, a to čestným prohlášením v dokumentu: dokument 8_Čestná prohlášení

8. Doložení dokladu o registraci osoby oprávněné provádět servis nabídnutých přístrojů v registru SÚKL (dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ). Pokud uplatňujete některou z výjimek, při kterých nemusíte výše uvedenou registraci mít, doložte tuto skutečnost s odůvodněním formou čestného prohlášení.

Ad 8) výše požadované dokládáme čestným prohlášením: dokument 8_Čestná prohlášení s příslušným odkazem na registr SÚKL