

Detail zprávy Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Zpráva

Odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)

Předmět Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den,

děkujeme za podanou nabídku.

V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Kupní smlouva:

- čl. II., odst. 1 smlouvy - prosím o přesnou specifikaci předmětu plnění (předmětem veřejné zakázky byly dva kusy spektrofotometrů)

dále, doplnění čl. III. kupní smlouvy - Doba a místo plnění:

- v odst. 1 - uveďte konkrétní dobu - týdny či dny

- v odst. 2 - uveďte konkrétní dobu uvedení předmětu plnění do provozu - týdny či dny

Požádám tedy o znovu zaslání návrhu kupní smlouvy vč. všech příslušných příloh a podpisu smlouvy osobou oprávněnou.

2. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb:

- čl. II., odst. 1 smlouvy - prosím o přesnou specifikaci předmětu plnění (předmětem veřejné zakázky byly dva kusy spektrofotometrů)

Požádám tedy o znovu zaslání návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb vč. příslušných příloh a podpisu smlouvy osobou oprávněnou.

3. Doplnění informace, zda je el. revize součástí prav. servisního zásahu, a pokud ano, uvedení této informace do smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, čl. VI., odst. 2c).

4. Doložení informace k přístroji Qubit 4 - zda jsou pravidelné servisní zásahy doporučené či vyžadované výrobcem nebo platnou legislativou.

5. Doložení splnění technických podmínek, konkrétně těchto bodů:

- Přístroj musí mít metodu array CGH (měření koncentrace naznačené DNA barvami Cy3 a Cy5)
- Fluorometr musí mít integrovaný systém pro kalkulaci objemu reagentů (barvivo, pufr a další)

v přípravné fázi analýzy

- Fluorometr musí mít nastavení výstupních jednotek měření koncentrací (minimálně ng/μl, ng/ml, μg/μl)
 - Detekční sensitivita fluorometru musí být min. 10 pg/μl pro dsDNA a min.100 pg/ μl pro RNA
 - Fluorometr se musí kalibrovat pomocí dvoubodové kalibrace
 - Fluorometr musí mít dynamický rozsah min. 5 řádů
- a to formou technické dokumentace a určení, kde je možné v této dokumentaci splnění požadovaných technických podmínek ověřit.

6. Dle informace doložené v rámci nabídky nebude prováděna instruktáž personálu. Zadavatel dle zadávací dokumentace požaduje mimo
dodávky, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu, také provedení instruktáže personálu. Požádám tedy o objasnění uvedené informace.

7. Doložení dokladu o registraci, popř. minimálně potvrzení podání žádosti o registraci, nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdrav. prostředcích. Pokud se na nabízený předmět tato povinnost nevztahuje, doložte tuto skutečnost s odůvodněním formou čestného prohlášení.

8. Doložení dokladu o registraci osoby oprávněné provádět servis nabídnutých přístrojů v registru SÚKL (dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ). Pokud uplatňujete některou z výjimek, při kterých nemusíte výše uvedenou registraci mít, doložte tuto skutečnost s odůvodněním formou čestného prohlášení.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 12.04.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji za spolupráci.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 588 443 906
E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz
web: www.fnol.cz

Odesláno 05.04.2022 11:23:22

Typ zprávy Obecná k zakázce

Číslo jednací

ID zprávy 2479311

Zakázka VZ0133705 - Spektrofotometry na měření kvality DNA

Příjemci zprávy

Jméno a příjmení	Úřední název organizace	Přečteno ▼	Datum a čas doručení	Doručeno v okamžiku odeslání
	TRIGON PLUS s.r.o.		05.04.2022 11:23:22	Ano

1 záznam