

**Detail zprávy Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky****Zpráva**

Odesílatel                      Ing. Martin Musil (D0000272 - TRIGON PLUS s.r.o.)

Předmět                        Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den, paní Zdražilová,

na základě výzvy k objasnění naší nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky zasíláme v příloze potřebné dokumenty k vysvětlení či doplnění námi podané nabídky.

Předem děkuji za přijetí.

V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Mgr. Klára Prášková

referent veřejných zakázek TRIGON PLUS s.r.o.

Dne 05.04.2022 11:23:22 odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,

děkujeme za podanou nabídku.

V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Kupní smlouva:

- čl. II., odst. 1 smlouvy - prosím o přesnou specifikaci předmětu plnění (předmětem veřejné zakázky byly dva kusy spektrofotometrů)

dále, doplnění čl. III. kupní smlouvy - Doba a místo plnění:

- v odst. 1 - uveďte konkrétní dobu - týdny či dny

- v odst. 2 - uveďte konkrétní dobu uvedení předmětu plnění do provozu - týdny či dny

Požádám tedy o znovu zaslání návrhu kupní smlouvy vč. všech příslušných příloh a podpisu smlouvy osobou oprávněnou.

2. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb:

- čl. II., odst. 1 smlouvy - prosím o přesnou specifikaci předmětu plnění (předmětem veřejné zakázky byly dva kusy spektrofotometrů)

Požádám tedy o znovu zaslání návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb vč. příslušných příloh a podpisu smlouvy osobou oprávněnou.

3. Doplnění informace, zda je el. revize součástí prav. servisního zásahu, a pokud ano, uvedení této informace do smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, čl. VI., odst. 2c).

4. Doložení informace k přístroji Qubit 4 - zda jsou pravidelné servisní zásahy doporučené či vyžadované výrobcem nebo platnou legislativou.

5. Doložení splnění technických podmínek, konkrétně těchto bodů:

- Přístroj musí mít metodu array CGH (měření koncentrace naznačené DNA barvami Cy3 a Cy5)
- Fluorometr musí mít integrovaný systém pro kalkulaci objemu reagensů (barvivo, pufr a další)

v přípravné fázi analýzy

- Fluorometr musí mít nastavení výstupních jednotek měření koncentrací (minimálně ng/μl, ng/ml, μg/μl)
- Detekční sensitivita fluorometru musí být min. 10 pg/μl pro dsDNA a min. 100 pg/μl pro RNA
- Fluorometr se musí kalibrovat pomocí dvoubodové kalibrace
- Fluorometr musí mít dynamický rozsah min. 5 řádů

a to formou technické dokumentace a určení, kde je možné v této dokumentaci splnění požadovaných technických podmínek ověřit.

6. Dle informace doložené v rámci nabídky nebude prováděna instruktáž personálu. Zadavatel dle zadávací dokumentace požaduje mimo

dodávky, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu, také provedení instruktáže personálu. Požádám tedy o objasnění uvedené informace.

7. Doložení dokladu o registraci, popř. minimálně potvrzení podání žádosti o registraci, nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdrav. prostředcích. Pokud se na nabízený předmět tato povinnost nevztahuje, doložte tuto skutečnost s odůvodněním formou čestného prohlášení.

8. Doložení dokladu o registraci osoby oprávněné provádět servis nabídnutých přístrojů v registru SÚKL (dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ). Pokud uplatňujete některou z výjimek, při kterých nemusíte výše uvedenou registraci mít, doložte tuto skutečnost s odůvodněním formou čestného prohlášení.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 12.04.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji za spolupráci.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová  
oddělení veřejných zakázek

---

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 443 906

E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

---

### Doplňující údaje

Odesláno 12.04.2022 09:10:58

Typ zprávy Odpověď

Číslo jednací

ID zprávy 2496192

Zakázka VZ0133705 - Spektrofotometry na měření kvality DNA

### Přílohy

Doložení splnění technických podmínek.pdf

12.04.2022 09:10:58

130,9 kB

[Stáhnout](#)

Manual\_Qubit\_4\_Fluorometer\_UG.pdf

12.04.2022 09:10:59

3,2 MB

[Stáhnout](#)

dokument 4\_Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb\_p.pdf

12.04.2022 09:11:00

376,5 kB

[Stáhnout](#)

Přehled doložených údajů.pdf

12.04.2022 09:11:00

139 kB

[Stáhnout](#)

dokument 3a\_Příloha č. 1 KS\_Položkový seznam a technická specifikace.pdf

12.04.2022 09:11:01

301,4 kB

[Stáhnout](#)

dokument 4a\_Příloha č. 1 SS\_Specifikace předmětu servisu.pdf

12.04.2022 09:11:01

79,4 kB

[Stáhnout](#)

dokument 3\_Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy\_p.pdf

12.04.2022 09:11:02

300,1 kB

[Stáhnout](#)

dokument 8\_Čestná prohlášení\_p.pdf

12.04.2022 09:11:03

290,9 kB

[Stáhnout](#)

dokument 3b\_Příloha č. 2 KS\_Příloha č. 3 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek.xlsx

12.04.2022 09:11:04

165,5 kB

[Stáhnout](#)

dokument 9b\_technická dokumentace\_prospekt\_qubit-4-flyer.pdf

12.04.2022 09:11:04

900,3 kB

[Stáhnout](#)