

Detail zprávy Re: II. Žádost o objasnění a doplnění nabídky**Zpráva**

Odesílatel Ing. Martin Musil (D0000272 - TRIGON PLUS s.r.o.)

Předmět Re: II. Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den, paní Zdražilová,

dle výzvy níže zasílám přílohou objasnění naší nabídky.

Pěvně doufám, že bude vše v pořádku.

Zůstávám k dispozici.

Předem děkuji a jsem s pozdravem,

Mgr. Klára Prášková

Dne 14.04.2022 07:10:25 odesílatel Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,

děkujeme za zaslané objasnění a doplnění nabídky ze dne 12.04.2022.

V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. V souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, kde je uvedena povinnost doložit v rámci prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ výpis z registru SÚKL nebo čestné prohlášení, že je dodavatel veden v registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem veřejné zakázky s uvedením registračního čísla (originál, ověřená kopie, prostá kopie či scan čestného prohlášení nebo výpisu z registru SÚKL). V případě, že dodavatel uplatňuje některou z výjimek, při kterých nemusí výše uvedenou registraci mít, doloží tuto skutečnost předložením písemného čestného prohlášení.

V rámci doloženého čestného prohlášení jste zadavatele informovali, že nabízené přístroje nejsou zdravotnickým prostředkem dle zákona o zdravotnických prostředcích.

Požádáme tedy o čestné prohlášení k požadovanému prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ s odůvodněním, potvrzením výše uvedeného.

2. Doložení splnění technických podmínek, konkrétně u bodu:

- Detekční sensitivita fluorometru musí být min. 10 pg/μl pro dsDNA a min.100 pg/ μl pro RNA

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 22.04.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji za spolupráci.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 443 906

E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno 19.04.2022 09:10:45

Typ zprávy Odpověď

Číslo jednací

ID zprávy 2506849

Zakázka VZ0133705 - Spektrofotometry na měření kvality DNA

Přílohy

Doložení splnění technických podmínek_podepsáno.pdf

19.04.2022 09:10:45

607,9 kB

[Stáhnout](#)

dokument 8_Čestná prohlášení_podepsáno.pdf

19.04.2022 09:10:47

619,4 kB

Qubit_dsDNA_HS_Assay_UG.pdf

19.04.2022 09:10:49

271,5 kB

Stáhnout

Stáhnout