

Detail zprávy Žádost o objasnění a doplnění nabídky - část I.

Zpráva

Odesílatel	Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmět	Žádost o objasnění a doplnění nabídky - část I.

Dobrý den,

děkujeme za podanou nabídku.

V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Při kontrole obdržené nabídky byl zjištěn nesoulad v příloze č. 1 – Krycí list nabídkové ceny a v příloze č. 2 – Příloha krycího listu nabídkové ceny – kdy v krycím listě (příloha č. 1) nebyla do celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH započítána cena za celkové pozáruční servisní náklady. (viz vzor přílohy č. 1 zadávací dokumentace)

2. Příloha č. 2 - příloha krycího listu nabídkové ceny - výpočet ceny v Kč vč. DPH (hodnota DPH) u nákladů na jednotlivé periodické BTK, od toho se odvíjí výpočty hodnot vč. DPH. (Uvedení přílohy č. 2 do souladu s přílohou č. 1 po opravě)

3. Kupní smlouva:

- čl. III. odst. 1, 2 - specifikujte dobu dodání - týdny či dny

Požadované zašlete formou návrhu kupní smlouvy vč. všech požadovaných příloh a podpisu osoby oprávněné.

4. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb:

- objasnění informace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy: "Pravidelný servis není výrobcem vyžadován" / kalkulována BTK

- v příloze krycího listu (příloha č. 2) a dle čl. VI. odst. 2 bodu e) nejsou prováděny periodické prohlídky - požádáme o objasnění nesouladu u
uvedené četnosti prohlídek v čl. III, odst. 2 této smlouvy.

- příloha č. 1 - Specifikace předmětu servisu - specifikace v souladu s kupní smlouvou

5. Doložení informace, zda součástí BTK je také kontrola el. zařízení, popř. el. revize.

6. Doložení certifikátu školitele.

7. Doložení prohlášení o shodě k nabízenému přístroji.

8. Doložení splnění profesní kvalifikace:

Zadavatel dále dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje doložení výpisu z registru SÚKL nebo čestného prohlášení, že je dodavatel veden v registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem veřejné zakázky s uvedením registračního čísla (originál, ověřená kopie, prostá kopie či scan čestného prohlášení nebo výpisu z registru SÚKL). V případě, že dodavatel uplatňuje některou z výjimek, při kterých nemusí výše uvedenou registraci mít, doloží tuto skutečnost předložením písemného čestného prohlášení.

9. K doložené licenci servisního technika požádáme o informaci, zda pan RNDr. Tomáš Jendrulek bude servis poskytovat pro společnost Sven BioLabs s.r.o. na základě dohody o provedení práce či jako zaměstnanec společnosti Olympus Czech Group, s.r.o..

V případě zaměstnance společnosti Olympus Czech Group, s.r.o. bude nutné doložit opravu přílohy č. 1 - Krycí list nabídkové ceny s doplněním poddodavatele, a doložení prokázání kvalifikace poddodavatele, vč. písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 30.05.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji za spolupráci.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 443 906

E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno

24.05.2022 09:53:40

Typ zprávy	Obecná k zakázce
Číslo jednací	
ID zprávy	2593932
Zakázka	<u>VZ0137921 - Mikroskopy III</u>

Příjemci zprávy

Jméno a příjmení	Úřední název organizace	Přečteno ▼	Datum a čas doručení	Doručeno v okamžiku odeslání
	Sven BioLabs s.r.o.		24.05.2022 09:53:40	Ano

1 záznam