

Detail zprávy Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Zpráva

Odesílatel	Kristýna Zdražilová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmět	Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den,

děkujeme za podanou nabídku.

V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Objasnění informace k životnosti zařízení - Kupní smlouva - příloha č. 2 - uvedena životnost 6 let po instalaci, v příloze č. 3 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek je u požadavku životnosti přístroje minimálně 8 let uvedeno ANO, jako splnění. Požádáme o objasnění tohoto nesouladu.

2. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb:

- čl. III. odst. 2 - uvedena četnost 1x za rok u Provádění periodických prohlídek - v příloze č. 2 - příloha krycího listu nabídkové ceny není

kalkulováno

- čl. VI. odst. 2, bod:

c) celkový náklad za jednotlivý pravidelný servisní zásah - uvedena cena - není kalkulováno v příloze č. 2 - příloha krycího listu nabídkové ceny

e) celkový náklad za jednotlivou periodickou prohlídku - uvedena cena - není kalkulováno v příloze č. 2 - příloha krycího listu nabídkové ceny

Požádáme o objasnění tohoto nesouladu, a to formou návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, včetně všech povinných příloh a podpisu osoby oprávněné.

Zadavatel upozorňuje, že celková nabídková cena nemůže být změněna.

3. Objasnění informace uvedené v návodu - dokument 11a - záruční doba 1 rok od dodání - požadavkem byla doba záruky minimálně 24 měsíců, což je v návrhu smlouvy potvrzeno.

4. Doložení certifikátu v českém jazyce - příloha č. 8c nabídky - Training Certificate Technical Service Toxinometer for HSC Industry 181221.

5. Doložení požadovaného splnění profesní způsobilosti - dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ zadavatel

požaduje doložení výpisu z registru SÚKL (nebo minimálně potvrzení podání žádosti o registraci), případně čestného prohlášení, s uvedením registračního čísla SÚKL, že je dodavatel veden v registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem veřejné zakázky (originál, ověřená kopie, prostá kopie či scan čestného prohlášení nebo výpisu z registru SÚKL nebo potvrzení o podané žádosti o registraci). V případě, že dodavatel uplatňuje některou z výjimek, při kterých nemusí výše uvedenou registraci mít, doloží tuto skutečnost předložením písemného čestného prohlášení.

6. Doložení dokladu o registraci, popř. minimálně potvrzení podání žádosti o registraci, nabízeného zdravotnického prostředku v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích nebo odůvodnění ve formě čestného prohlášení, proč danou registraci nedokládá (uplatňuje některou z výjimek, při kterých dodavatel nemusí tuto registraci mít).

7. Doložení položkového seznamu včetně cen veškerého spotřebního/opotřebitelného materiálu, a včetně způsobu stanovení celkové nabídkové ceny za tento spotřební/opotřebitelný materiál ve formátu .xls; xlsx dle požadavku zadávací dokumentace.

8. Doložení prohlášení o shodě všech nabízených zařízení (prostá kopie včetně překladu do českého jazyka).

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete nejpozději do 10.08.2022 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

Děkuji.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová
oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 443 906

E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno

04.08.2022 08:25:39

Typ zprávy	Obecná k zakázce
Číslo jednací	
ID zprávy	2746131
Zakázka	<u>VZ0142945 - Mykologický analyzátor II</u>

Příjemci zprávy

Jméno a příjmení	Úřední název organizace	Přečteno ▼	Datum a čas doručení	Doručeno v okamžiku odeslání
	Schubert CZ spol. s r.o.		04.08.2022 08:25:39	Ano

1 záznam