

Detail zprávy Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky**Zpráva**

Odesílatel Karel Andrejsek (D0004517 - Schubert CZ spol. s r.o.)

Předmět Re: Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Dobrý den,

odpovídám na Vaše níže uvedené dotazy :

1. Jako výhradní distributor deklarujeme životnost přístrojů jako celek na dobu 8 let. Je doplněno čestným prohlášením, přílohou č. 15
2. Kalkulace nebyla v příloze č. 2 provedena, protože periodické kontroly a pravidelné servisní zásahy jsou prováděny současně s elektrickou revizí a BTK kontrolou. Ve smlouvě bude opraveno, doplněno přílohou č. 4a
3. Výrobce je uvedena záruční doba 12 měsíců. Záruka 24 měsíců je deklarována distributorem, a to uzavřením kupní smlouvy. Distributor garantuje záruční dobu přístrojů na 24 měsíců a kryje náklady, jak je uvedeno ve smlouvě.
4. Příloha č. 8c – prostá kopie dokumentu v českém jazyce bude doplněna přílohou č. 8c1
5. Dokládáme žádost na SÚKLU o rozšíření oprávnění pro servis přístrojů ze strany servisní společnosti HSC. Je doloženo přílohou č. 14
6. Přístroje, reagenty a další spotřební materiál není třeba registrovat na SÚKLU, protože se nejedná o IVD pro samotestování a ani nespadají do seznam A nebo seznam B přílohy II, tj. není tedy vyžadována notifikace v Registru zdravotnických prostředků. Je doplněno čestným prohlášením a to přílohou č. 16
7. Položkový seznam včetně kalkulace je součástí přílohy č. 12 v původní nabídce, list č. 2 excelové tabulky.
8. Prohlášení o shodě všech nabízených přístrojů – bude doplněno českým překladem. Přílohou č. 13a1 a přílohou č. 13b1. Dále přikládáme

prohlášení o shodě pro spotřební materiál doplněný českým překladem a to přílohou č. 13c a přílohou č. 13c1

Pěkný den

Doplňující údaje

Odesláno 08.08.2022 09:05:47

Typ zprávy Odpověď

Číslo jednací

ID zprávy 2753026

Zakázka VZ0142945 - Mykologický analyzátor II

Přílohy

Priloha c.14 - SÚKL_HSCINDUSTRYSPOLSRO_3773.pdf

08.08.2022 09:05:47

102,6 kB

[Stáhnout](#)

Priloha c.15 - Cestné prohlášení_životnost přístrojů_AS.pdf

08.08.2022 09:05:48

180,3 kB

[Stáhnout](#)

Priloha c. 13c_DECLARATION OF CONFORMITY_BDG Reagent.pdf

08.08.2022 09:05:49

233 kB

[Stáhnout](#)

Příloha c. 13b1_DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOSTATION upraveno cs.pdf

08.08.2022 09:05:50

128,6 kB

[Stáhnout](#)

Priloha c. 16_Cestné prohlášení_Toxinometer IVD_AS.pdf

08.08.2022 09:05:51

195,4 kB

[Stáhnout](#)

Příloha c. 13a1_DECLARATION OF CONFORMITY_MT-6500 (4) cs.pdf

08.08.2022 09:05:51

181,8 kB

[Stáhnout](#)

Priloha c. 4a - Navrh smlouvy o provadeni komplexnich servisnich sluzeb_opraveno_04082022_AS.pdf

08.08.2022 09:05:52

380,9 kB

[Stáhnout](#)

Priloha c. 13c1_DECLARATION OF CONFORMITY_BDG Reagent cs.pdf

08.08.2022 09:05:53

218,3 kB

[Stáhnout](#)

Příloha c. 8c1 - Training Certificate Technical Service Toxinometer for HSC Industry 181221 cs.pdf

08.08.2022 09:05:54

210,3 kB

[Stáhnout](#)