



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„Malá kamera pro dozimetrii“ (VZ-2022-000029)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Členové hodnotící komise:

1. Ing. Bc. Jiří Horalík, DiS.
2. Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
3. Ing. Petr Fiala
4. Ing. Vladimír Olejníček
5. Ing. Nela Skulová
6. Ing. Radim Zemánek
7. Ing. Jitka Mokrášová
8. Mgr. Zuzana Tomčíková
9. Ing. Pavel Dočkal

Do této veřejné zakázky byla podána jediná (1) nabídka, a to od společnosti **MEDKONSULT, s.r.o.**

Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole přijaté nabídky byly zjištěny nejasnosti v nabídce, a na základě toho byla společnost **MEDKONSULT, s.r.o. dne 03.03.2022** požádána o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Doložení certifikátu k oprávnění provádět instruktáž uživatelů.
2. Doložení prohlášení o shodě k nabízenému přístroji.
3. Doložení informace, zda součástí BTK je také kontrola el. zařízení (v souladu se zákonem 89/2021, § 45, odstavce 2.)
4. Doložení potvrzení požadovaného parametru:
Akviziční jednotka a akviziční parametry systému:
 - Kompletní samostatná akviziční stanice základních akvizičních nástrojů (včetně periférií)
 - Akviziční systém se softwarem pro dozimetrické scintigrafické planární vyšetření (min.statické a dynamické, gated)
 - Akviziční systém se SW nástrojem pro denní QC a jejich automatické vyhodnocení
 - Pořízení akvizice v režimech planar (frame mode, dynamic, gated)
 - Akvizice dle přednastaveného času nebo počtu impulzů
 - Akviziční systém musí mít funkci Multi energy window – akvizice více radionuklidů současně



- Akviziční systém musí mít funkci Scatter window
- Akviziční systém musí mít funkci Akviziční zoom
- Akviziční systém musí mít softwarové a hardwarové vybavení pro snímání 99mTc, 111In, 123I, 131I
- Akviziční systém musí mít funkci vytvářet, modifikovat a ukládat libovolné množství uživatelských akvizičních protokolů
- Akviziční stanici s podporou plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopností automatického odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 2 DICOM destinace (archiv a vyhodnocovací stanice).

Fyzikální specifikace:

- Planární prostorové rozlišení pro vysoké rozlišení (140 keV) bez rozptylu (podle NEMA NU 1-2007) $\leq 8\text{mm}$
- Energetické rozlišení (140 keV) $\leq 9,5\%$
- Citlivost systému (senzitivita) v 10cm LEHR pro 140keV $\geq 85,5 \text{ imp s}^{-1}\cdot\text{MBq}^{-1}$

Geometrická rozlišovací schopnost intrinsic (prostorové rozlišení podle NEMA):

- FWHM (CFOV) $\leq 4,0$
- FWTM (CFOV) $\leq 8,0$

Homogenita pole, (podle NEMA):

- diferenciální (CFOV) $\leq 2,5\%$
- integrální (CFOV) $\leq 3,0\%$

Softwarové vybavení:

- Modul pro dozimetrickou kvantifikaci
- Zakreslení uživatelsky definovaného ROI (elipsa, obdélník, threshold, regiongrow) a možnost odečtení počtu impulzů v ROI
- Software pro vyhodnocení dynamických studií
- Systém musí mít funkci tisku obrazových dat z vyšetření
- Systém musí mít funkci exportu do min. DICOM file a jpeg
- Systém musí mít funkci DICOM Modality Worklist
- Systém musí z uložených obrazových dat ve formátu DICOM vytvářet savescreen ve formátu DICOM
- Systém musí mít funkci uložení informací o aplikované aktivitě v DICOM formátu

5. V technické specifikaci chybí vyplnění splnění položky u příslušenství (mimo „Součástí dodávky musí být vyhodnocovací stanice vč. diagnostického monitoru s velikostí min. 15'' - to vyplněno):

Příslušenství systému:

- Součástí dodávky musí být DICOM databáze pro ukládání klinických DICOM studií
- Součástí dodávky musí být dodání kompletní sady zkušebních pomůcek pro všechny typy QC testů požadovaných výrobcem včetně případných stojanů, držáků, upevňovacích systémů apod.
- Součástí dodávky musí být 1 kus barevné laserové tiskárny umožňující tisk na papír formátu A4, duplex, USB, LAN
- Součástí dodávky musí být příslušenství k dobíjení baterie systému

Společnost **MEDKONSULT, s.r.o.** dne **09.03.2022** v rámci své odpovědi uvedla a zaslala níže uvedené:

1. Certifikát prodejní, aplikační a technické školení MB" (včetně informace, že součástí absolvovaného kurzu bylo rovněž aplikační školení, tj. školení o aplikaci nabytých znalostí a dovedností a jejich předávání dál; samostatný kurz na provádění instruktáže uživatelů společnost DDD nepořádá).

2. Prohlášení o shodě k nabízenému přístroji.



3. Potvrzení, že součástí BTK je také kontrola elektrického zařízení dle zákona č. 89/2021.

4. Doloženo potvrzení požadovaného parametru dle textu uvedeného výše v rámci požadavku na objasnění nabídky, a to formou Přílohy č. 3 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek včetně informace, kde je v doložených dokumentech možné ověřit splnění těchto požadovaných parametrů.

5. Doloženo potvrzení splnění požadovaných podmínek u příslušenství systému, dle textu uvedeného výše v rámci požadavku na objasnění nabídky, a to formou Přílohy č. 3 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek, a dokumentů doložených k možnosti ověření splnění těchto požadovaných podmínek.

Dne 11.03.2022 byla společnost **MEDKONSULT, s.r.o.** dále požádána o doplnění a objasnění nabídky, a to konkrétně o:

- objasnění, kdy rámci nabídky byla mimo jiného doložena Příloha č. 3 - Čestná prohlášení, která se nevztahovala k této veřejné zakázce.

Společnost **MEDKONSULT, s.r.o.** dne **11.03.2022** zaslala objasnění v rámci kterého informovala, že výše zmíněný dokument týkající se jiné veřejné zakázky byl přiložen omylem.

Dne 14.03.2022 byla společnost **MEDKONSULT, s.r.o.** dále požádána o doplnění a objasnění nabídky, a to konkrétně o:

1. Doložení prohlášení o shodě k nabízenému přístroji - (prostá kopie včetně překladu do českého jazyka) - bylo doloženo pouze v AJ.

Společnost **MEDKONSULT, s.r.o.** dne **14.03.2022** zaslala objasnění v rámci kterého doložila požadované prohlášení o shodě k nabízenému přístroji v překladu do českého jazyka.

Toto objasnění a doplnění nabídky shledala hodnotící komise jako dostačující a přistoupila k posouzení kvalifikací účastníka **MEDKONSULT, s.r.o.:**

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – el. originál ze dne 17.01.2022

Výpis z obchodního rejstříku – el. originál ze dne 17.01.2022

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – kopie ze dne 21.02.2022

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – el. originál ze dne 17.01.2022

Výpis z obchodního rejstříku – el. originál ze dne 17.01.2022

Hodnotící komise konstatuje, že výše uvedený dodavatel **MEDKONSULT, s.r.o.** splnil základní způsobilost, profesní způsobilost, a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto byl vybrán v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis zdůvodnění rozdílného stanoviska.

Dále každý člen hodnotící komise prohlašuje, že není ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům zadávacího řízení ve střetu zájmů, nepodílel(a) se na zpracování nabídek, se zřetelem k výsledku



FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

zadávacího řízení mu nevznikne osobní výhoda nebo újma, nemá osobní zájem na zadání veřejné zakázky, s účastníky ho nespojuje osobní ani pracovní ani jiný obdobný poměr.

Vznikne-li u člena hodnotící komise v průběhu činnosti komise důvod ke střetu zájmů, je povinen(na) tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který ho v takovém případě vyloučí z další účasti v komisi.

Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

Níže uvedení členové komise potvrzují, že mají odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku

Členové hodnotící komise:

1. Ing. Bc. Jiří Horalík, DiS.

 dne 21.3.2022

2. Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

 dne 16.03.2022

3. Ing. Petr Fiala

 dne 14.03.2022

4. Ing. Vladimír Olejníček

 dne 16.03.2022

5. Ing. Nela Skulová

 dne 14.3.2022

6. Ing. Radim Zemánek

 dne 14.3.2022

9. Ing. Jitka Mokrášová


 dne 14.5.2022

9. Mgr. Zuzana Tomčíková

 dne 14.3.2022

10. Ing. Pavel Dočkal

 dne 16.03.2022

Schváleno dne	23-03-2022
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	 Ing. Tomáš Uvízl ekonomický náměstek zástupce ředitele Fakultní nemocnice Olomouc*
Razítko zadavatele	