

# PROVOZNÍ KNIHA

ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Výr. číslo: 1000-0059



## A. ÚDAJE O ZDRAVOTNICKÉM PROSTŘEDKU

Uživatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Klinika chorob kožních a pohlavních

I.P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

### ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Název:

ExSys 308

Popis:

Dermatologický excimerový systém 308 nm

Výrobní číslo:

1000-0059

Třída ZP:

3

Certifikace:

CE 0197 dle zák. 130/2003 Sb.(93/42/EEC, EN 9001, EN 46001, ISO 13485)

Zkušebna:

TUV Rheilang LGA Products GmbH, Nuremberg

Uvedení do provozu:

02.03.2016

Umístění ZP:

Klinika chorob kožních a pohlavních I Fakultní nemocnice Olomouc

Výrobce:

GME GERMAN MEDICAL ENGINEERING GMBH

Albert-Rupp-Straße 2

910 52 Erlangen

Německo

Dodavatel:

GRANE s.r.o.

Václavská 145

760 01 Zlín

E: info@grane.cz

Osoba zodpovědná za provoz ZP:

Telefonní číslo:

# PROVOZNÍ KNIHA


ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Výr. číslo: 1000-0059



## B. UVEDENÍ DO PROVOZU

















### Funkční přezkoušení před prvním uvedením zdravotnického prostředku do provozu:

Firma: GRANE s. r. o.  
Jméno: Ing. Martin Vondráček  
Datum: 02.03.2016  
Podpis: 



Zdravotnický prostředek splňuje výrobcem udávané parametry, je plně funkční a bezpečné pro použití při poskytování zdravotní péče vyškolenou obsluhou uživatele.

### Instruktaž zodpovědných osob:

Datum	Školitel   GRANE s. r. o.		Zodpovědná osoba	
	Jméno	Podpis	Jméno	Podpis
02.03.2016	Mgr. Martin Levý		RENATA KUCEROVÁ	
02.03.2016	Mgr. Martin Levý		PAVLINA OXYMÍKOVÁ	
02.03.2016	Mgr. Martin Levý		VLASTIMILA ŠALMANOVÁ	
02.03.16	Mgr. LEVÝ		MARTINA BIEHOVÁ	
02.03.16	Mgr. LEVÝ		MIRJALKA KRAVČOVÁ	
02.03.16	Mgr. LEVÝ		MARTIN TICHÝ	
02.03.16	Mgr. LEVÝ		EVA MÜLLEROVÁ	
02.03.16	Mgr. LEVÝ		JAN ŠTERNBERG	

### Poznámka:

Výše uvedené zodpovědné osoby jsou oprávněny provádět zaškolení personálu (viz list C-1).

Návody k použití, bezpečnostní směrnice a další pro provoz nezbytné materiály musí být uživateli k dispozici po celou dobu používání zdravotnického prostředku.

Aktivní zdravotnické prostředky mohou používat pouze osoby, které s ohledem na své vzdělání, znalosti a zkušenosti, mohou zaručit správné používání zdravotnického prostředku.

Školitel: Mgr. Martin Levý   
