



Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. I. Skoumalová
Ambulance
Hemato-onkologická klinika
Zde

V Olomouci 25.1.2022

Sedláček Petr, r.č. 650420/2254 – verifikační typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel pana Petra Sedláčka, nar. 1965 a jeho vybraného nepříbuzného dárce GRID: 1804 0100 0005 4405 206 (FRFNN26297, search NN05302).

Verifikační vyšetření potvrdilo, že mezi panem Petrem Sedláčkem a jeho nepříbuzným dárce 1804 0100 0005 4405 206 nejsou žádné rozdíly ve vyšetřovaných znacích na lokusech HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 (shoda 10/10) a přichází pro něj v úvahu jako dárce kmenových krevetvorných buněk.

Na lokusu HLA-DPB1 existuje mezi pacientem a jeho vybraným dárce 1804 0100 0005 4405 206 rozdíl ve 2 alelách (DPB1*04:01P,*04:02P; x DPB1*02:01P,*03:01P;).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek

Denní nález

1/1

Tisk dne : 6.1.2022 v 8:03:53

Pacient:	Sedláček Petr	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID:	6504202254		FNOL
Diagnóza:	C920	IČP:	89301322 Odb: 202
ZP:	111	Lékař:	Minařík Jiří MUDr.
Přijato : 28.12.2021 11:05:00		Odběr : 28.12.2021 10:15:00	
		Uvolněno : 06.01.2022 8:03:53	

Číslo žádanky: CP-00007, TY-72144

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*15:01P,*16:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*15:86,*16:49;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*05:02P,*06:02P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*04:01P,*04:02P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02:01P,*03:01P;
B*07:02P,*18:01P;
C*05:01P,*07:02P;
Nelze vyloučit následující alely: A*02:792N,*03:166;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-C, DPB1.


Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html



Denní nález

1/1

Tisk dne : 25.1.2022 v 15:23:52

Pacient: **Frfn26297**
ID: **2201170000**
Diagnóza: Z005
ZP:

Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance
FNOL
IČP: 89301322 Odb: 202
Lékař: Minařík Jiří MUDr.

Přijato : 17.01.2022 13:36:00

Odběr : 11.01.2022 13:30:00

Uvolněno : 25.01.2022 15:23:52

Číslo žádanky: CP-00183, TY-72293

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*15:01P,*16:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*15:86,*16:49;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*05:02P,*06:02P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*02:01P,*03:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02:01P,*03:01P;
B*07:02P,*18:01P;
C*05:01P,*07:02P;
Nelze vyloučit následující alely: A*02:95/02:792N,*03:241;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR
HLA II.třída DQ
HLA II.třída DP
HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR
HLA II.třída DQ
HLA II.třída DP
HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Nepříbuzný dárce pro pacienta: Sedláček Petr, 1965

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

