



Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. I. Skoumalová
Ambulance
Hemato-onkologická klinika
Zde

V Olomouci 25.7.2024

Simerský Petr, r.č. 640101/0099 – verifikační typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel pana Petra Simerského, nar. 1964, a jeho vybraného nepříbuzného dárce GRID: 6939 DKM0 0137 5568 122 (search NN-06086).

Verifikační vyšetření potvrdilo, že mezi panem Petrem Simerským, a jeho nepříbuzným dárce 6939 DKM0 0137 5568 122 existuje rozdíl v jedné HLA alele ve vyšetřovaných znacích na lokusech HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 (DRB1*09:01P,*11:04; x DRB1*11:01P,*11:04; shoda 9/10) a přichází pro něj v úvahu jako dárce kmenových krvetvorných buněk.

Na lokusu HLA-DPB1 existuje rozdíl v jedné HLA alele mezi pacientem a jeho vybraným dárce 6939 DKM0 0137 5568 122 (DPB1*04:01P,*04:02P; x DPB1*04:01P).

Při vyšetření antiHLA protilátek u pacienta (ze dne 1.7.2024) nebyly zjištěny protilátky (DSA) proti HLA antigenům potenciálního dárce GRID: 6939 DKM0 0137 5568 122 (antiHLA protilátky negativní).

S pozdravem

Ing. Nikola Mojtková

Denní nález

1/1

Tisk dne : 12.7.2024 v 11:58:04

Pacient: Simerský Petr	Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance	
ID: 6401010099	FNOL	
Diagnóza: C920	IČP: 89301322 Odb: 202	
ZP: 213	Lékař: Turcsányi Peter MUDr.	
Přijato : 01.07.2024 13:12:00	Odběr : 01.07.2024 9:00:00	Uvolněno : 12.07.2024 11:58:04

Číslo žádanky: CP-00063, TY-76525

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*09:01P,*11:04;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03:01P;

Nelze vyloučit následující alely: DQB1*03:276N;

@ HLA II.třída DP

.
DPB1*04:01P,*04:02P;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01:01,*24:02;
B*35:02,*37:01;
C*04:01,*06:02;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

NGS (SOP-HLA-A07)

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

PCR - SSP (SOP-HLA-A01)

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE


Schválil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Uvolnil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-immunologie-zakladni-informace-sekce_329.html



Denní nález

1/1

Tisk dne : 26.7.2024 v 10:14:52

Pacient: 6939dkm001375568122	Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID: 2407160000	FNOL
Diagnóza: Z005	IČP: 89301322 Odb: 202
ZP:	Lékař: Turcsányi Peter MUDr.
Přijato : 16.07.2024 11:05:00	Odběr : 15.07.2024 12:45:00
	Uvolněno : 26.07.2024 10:14:52

Číslo žádanky: CP-00050, TY-76581

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál	DNA
@ HLA II.třída DR	.
	DRB1*11:01,*11:04;
@ HLA II.třída DQ	.
	DQB1*03:01P;
@ HLA II.třída DP	.
	DPB1*04:01P;
@ HLA I.třída (DNA)	.
	A*01:01,*24:02;
	B*35:02,*37:01;
	C*04:01,*06:02;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
NGS (SOP-HLA-A07)
HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
PCR - SSP (SOP-HLA-A01)

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

nepřibuzný dárce pro: Simerský Petr, 1964

Schválil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Uvolnil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

Pacient: Simerský Petr	Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance	
ID: 6401010099	FNOL	
Diagnóza: C920	IČP: 89301322 Odb: 202	
ZP: 213	Lékař: Turcsányi Peter MUDr.	
Přijato : 01.07.2024 13:12:00	Odběr : 01.07.2024 9:00:00	Uvolněno : 10.07.2024 15:28:07

Číslo žádanky: CP-00064, HL-76526

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

