

Martin Bičič - BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
DIČ: CZ6404282192, IČO: 15591051, číslo účtu: 21397/0300
tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: monitor Medtronic 2090 Vitatron II.b	Výrobní číslo : PKK005468R Invent. číslo: C005925-000 ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: I.interní klinika -ambulance-s
---	--	---

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.
Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušební protokol.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			ok
Klávesnice-folie/ovládací prvky			ok
Síťová zásuvka a kabel			ok
Baterie /akum./-záložní zdroj			x
Vizuální kontrola příslušenství		sonda, ovladač	ok
Dokumentace			ok

Funkční zkouška

Test vstupní			ok
Test akustické signalizace			ok
Test optické signalizace			ok
Snímače-sonda-kabely			ok
Kontrola funkčnosti			ok
Test progr.head	INP01859R		ok
Test modulu nastavení			ok
Test monitoru			ok
Test napájecích napětí			ok
Dokumentace		nepředložena	x

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. 230 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : 0,13 Ω	Unikající proud : /PE 0,43 mA
----------------------	--	----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:

ANO

Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly: 7 2008	Kontrolu provedl: V.Kužel Datum : 12.7.2007 Podpis: MARTIN BIČIČ - BIČELS Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213	Přístroj předán: Datum: 09.07.2007 Podpis: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 588 441 111 I.interní klinika Oddělení interní vstř.moud.-operční sál TFI, II Předseda: Prof. MUDr. Jan TUKL, CS
---	--	--