

Martin Bičíště - BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové

DIČ: CZ6404282192, IČO: 15591051, číslo účtu: 21397/0300

tel. 495 217 192

fax. 495 213 213

Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: monitor Medtronic 2090 Vitatron II.b	Výrobní číslo : PKK100126R Invent. číslo: C005926-000 ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: I.interní klinika -ambulance
---	--	---

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			ok
Klávesnice-folie/ovládací prvky			ok
Síťová zásuvka a kabel			ok
Baterie /akum./-záložní zdroj			x
Vizualní kontrola příslušenství		sonda, ovladač	ok
Dokumentace			ok

Funkční zkouška

Test vstupní			ok
Test akustické signalizace			ok
Test optické signalizace			ok
Snímače-sonda-kabely	svody		ok
Kontrola funkčnosti			ok
Test progr.head	INP010126R,		ok
Test modulu nastavení			ok
Test monitoru			ok
Test napájecích napětí			ok
Dokumentace		nepředložena	x


Zkouška elektrické bezpečnosti dle CSN EN 60601

Síťové nap. 230 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : 0,19 Ω	Unikající proud : /PE 0,42 mA
----------------------	--	----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu: Pokud NE - důvod:	ANO
--	------------

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly: 7 2008	Kontrolu provedl: V.Kužel Datum : 12.7.2007 Podpis:  MARTIN BIČIŠTĚ - BIČELS Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 SERVIS - tel. 495 217 192 DIČ CZ6404282192 IČO 155 91 051	Přístroj předán: Datum: 89 301 012 Podpis: 301 012  FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 588 441 111 I.interní klinika Ambulantní péče 101,102,103,104,105,107,108 Přednosta: Prof. MUDr. Jan LUDL, CSc.
---	--	--