

cardion

zdravotnická technika

CARDION s.r.o.
Rybnická 136, 634 00 Brno
Czech Republic
tel.: +420 547 241 313
fax: +420 547 241 314
info@cardion.cz
www.cardion.cz

programátor C 000 161

Protokol o pravidelné kontrole elektrického zařízení

Níže podepsaný pracovník firmy

CARDION s.r.o.
Rybnická 136
634 00 BRNO

stvrzuje tímto svým podpisem, že provedl jednoroční pravidelnou kontrolu níže uvedeného elektrického zařízení:

MODEL 3510 (VENTRITEX)
Programátor APS III model 3250

Výrobní číslo: 9119

umístěného na: *kardiostimulační ambulanci I. Interní kliniky FN Olomouc*

Součástí pravidelné kontroly elektrického zařízení (prováděné na základě §28 a §52 zákona č. 123/2000 Sb.) je kontrola technického stavu programátoru, kontrola a proměření použitých kabelů, kontrola elektrické bezpečnosti přístroje a případný upgrade nového uživatelského software.

Celkový technický stav:	v pořádku
Kontrola použitých kabelů:	v pořádku
Elektrická bezpečnost:	naměřené hodnoty se rovnají nastaveným hodnotám
Upgrade software:	verze 4.8.5

Závěr kontroly: **Kontrolovaný přístroj je v dobrém technickém stavu a je schopen bezpečného provozu. Datum další kontroly: 11/2006**



Ivo Nekuda

V Olomouci dne 22.11.2005

.....
Čitelné jméno a podpis pracovníka

CARDION s.r.o.
Rybnická 136, 634 00 Brno
Tel: +420 547 241 313
Tel/fax: +420 547 241 314

Bankovní spojení:
ČSOB Brno,
8010-403073933/0300
IČ: 60719877
DIČ: CZ60719877

Spol. s r.o. zapsána
v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně,
reg. oddíl C, vložka 16405