

PROTOKOL o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené ve smyslu § 28, § 52 zákona č. 123/2000Sb.

Uživatel přístroje: FN Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc	Umístění přístroje: (klinika, oddělení) <i>I. INT. KL.</i> <i>KS ANB.</i>	Forma užívání: vlastnictví ☐ zápůjčka ☒
	Inventurní číslo: <i>000161 - 000</i>	Číslo smlouvy:

Název a typové označení přístroje: <i>APS III 3510</i>	Výrobce: <i>SD</i>	Výrobní číslo: <i>9119</i>
	Rok výroby:	Klasifikační třída: <i>II B</i>
Zkoušeno podle:	Tř. ochr.	Typ:
VDE 0751 IEC 601 ☐ ☒	I II ☐ ☒	B BF CF ☒ ☐ ☐
		Odpojitelný síťový přívod ANO NE ☒ ☐

Periodická provozní kontrola	vyhovuje		neprováděno
	ANO	NE	
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	☐
Napájecí přívody, test po zapnutí přístroje	☒	☐	☐
Ovládací prvky	☒	☐	☐
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	☐
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	☐
Kontrola měřených veličin (viz. protokol o měření)	☐	☐	☒
Kalibrace měřených veličin (viz. protokol o kalibraci)	☐	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐	☐
Upgrade software	☒	☐	☐
Návod k použití	☒	☐	☐
Kontrolní elektrická zkouška	☐	☐	☒

Výsledek kontroly:



Přístroj je schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle § 28, § 52 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a odpovídá technickým normám podle nichž byl vyroben.



Přístroj je schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do:



Přístroj není schopen bezpečného provozu.

Jméno technika:	Podpis, razítko	Kontrola provedena dne (dd.mm.rr):	<i>26. 8. 2008</i>
Ing. Jakub Střítecký	 CARDION s.r.o.	Termín příští kontroly (mm/rr):	<i>09/09</i>
		Kontrolní známka vylepena	☐
		Převzal:	