

Protokol o bezpečnostně technické kontrole

FIRMA

BIOTRONIK Praha spol. s r.o., Krajanská 340, 149 01 Praha 4,
registrace: Městský soud v Praze, spis. zn. C. 2104
IČO: 16191242 DIČ: CZ16191242

***provedla ve smyslu § 52 zákona č. 346/2003 Sb.
na I. interní klinice FN Olomouc
pravidelnou bezpečnostně technickou kontrolu přístroje***

ICS 3000

Programer kardiostimulátorů

SN: 44 40 03 08

ev.č.: C005257

Provedená měření:

- celková kontrola funkčnosti přístroje

Vyjádření:

Celková funkčnost přístroje odpovídá technické specifikaci. Datum další bezpečnostně technické kontroly: 07/2007.

V Olomouci dne 21.7.2006

Ing. Miroslav Tregler


 **BIOTRONIK**
BIOTRONIK Praha, spol. s r.o.
Krajanská 340
P.O. Box 8
149 00 Praha 415