

I 016910

I. interna Poradatel 2219

A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.

170 00 Praha 7, Letohradská 3/369

DIČ: 005-63983524

Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

Servis Brno

662 50 Brno, Ponávka 1

Tel: 545538301 Fax: 545538302

Mob.: 602144459

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle § 52, odstavec 4, zákona č. 346/2003 Sb, v platném znění (zákon o zdravotnických prostředcích) a ČSN EN 60601-1

Poskytovatel	FN OLOMOUC	Typ zdravotnického prostředku	
adresa	I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc	EKG Fukuda 501	
	#I. Interna III	Rok výroby	1992
kontaktní osoba	tel.:	Výrobní číslo	41371717
	tel.:	Provozní hodiny	Nálež. 4698
<p>Kontrola technických parametrů, kalibrací a ventilačních parametrů dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.</p> <p>Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.</p>			
<p>Kontrola elektrické bezpečnosti dle EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.</p>			
<p>Slovní shodnocení stavu zdravotnického prostředku</p> <p>Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku,</p> <p>Zdravotnický prostředek splňuje podmínky § 52, odst. 4, zák. č. 346/2003 Sb, je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.</p>			
<p>Přístroje použité pro kalibrace a měření:</p> <p>WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853</p> <p>MEDITEST 50 SN: 204005</p>		<p>platnost protokolu 1 rok</p>	
<p>datum a podpis servisního technika</p> <p>9.3.2005</p> <p>Ing. Karel Kellner</p> <p>sídlo: Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 provozovna: Ponávka 1, 662 50 Brno tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 DIČ: 005-63983524, DIČ: CZ63901</p>		<p>podpis zákazníka</p> <p>9.3.2005</p> <p>01/32 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc I. interní klinika Oddělení neinvazivních kardiologických vyšetření Přednosta: Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.</p>	