

**A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.**  
170 00 Praha 7, Letohradská 3/369  
DIČ: 005-63983524  
Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

**Servis Brno**  
612 00 Brno, Palackého 77  
Mob.: 602144459

**Protokol**  
**o preventivní kontrole zdravotnického prostředku**  
**dle zák. 123/2000 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1**

<b>Poskytovatel</b> adresa _____	<b>FN Olomouc</b> _____ <b>I. interna</b> _____	<b>Typ zdravotnického prostředku</b> <b>EKG Fukuda Cardisuny 501DX</b>
<b>kontaktní osoba</b> _____ tel.: _____ _____ tel.: _____		<b>Rok výroby</b> _____ <b>Výrobní číslo</b> 41371717 <b>Provozní hodiny</b> _____
<b>FUNKČNOST</b> Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku. Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.		
<b>BEZPEČNOST</b> Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.		
<b>ZÁVĚR KONTROLY</b>  Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku, zdravotnický prostředek <b>je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdravých lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.</b>		
Přístroje použité pro kalibrace a měření: WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853 MEDITEST 50 SN: 204005		
<b>Kontrolu provedl:</b> <b>Kontrola provedena dne:</b> <b>Termín příští kontroly:</b>	Ing. Karel Kellner 7.8.2007 srpen 2008	<b>Razítko a podpis:</b> - Analytical Medical Instruments, s.r.o. pobočka: PALACKÉHO 77, 612 00 BRNO tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 DIČ: CZ63983524 (16) 